

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
Cod:AGRNMD2x772;
c/f: 1018600024552

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1555057161354</u> din 17.05.2019
Denumirea procedurii de achiziție: ECHIPAMENTE MEDICALE

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Lotul 2							
33100000-1	Electrocardiograf cu 12 canale	„EK12-T-01-RD”	Rusia	„Monitor” LTD	1. Cerințe: - Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează electrocardiograma. - Dispozitiv tip pacient adult, pediatric - Interpretează Electrocardiograma (ECG) de la o singură sau mai multe derivații simultan display și	- Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează electrocardiograma. - Dispozitiv tip pacient adult, pediatric - Interpretează Electrocardiograma (ECG) de la o singură sau mai multe derivații simultan display și bandă lată de imprimare.	

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					bandă lată de imprimare. - Staționar - Suport pe roțile - Semnal de calibrare - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Display grafic - Numărul de derivații afișate simultan 12 - Viteza de înscriere 25,50 mm/s - Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfață de transmitere) USB, RS- 232, etc. - Date pacient: nume, ID, vârstă, sex, greutatea, înălțimea - Măsurări: PR; PQ, QT, QTC; P, QRS; T; HR. - Identificarea aritmiei. Interpretarea. - Baterie internă – reîncărcabilă - Protecție defibrilator - Timp de operare	- Staționar - Suport pe roțile - Semnal de calibrare - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Display grafic - Numărul de derivații afișate simultan 12 - Viteza de înscriere 5, 10 12.5, 25,50 mm/s - Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfață de transmitere) USB, RS- 232, etc. - Date pacient: nume, ID, vârstă, sex, greutatea, înălțimea - Măsurări: PR; PQ, QT, QTC; P, QRS; T; HR. - Identificarea aritmiei. Interpretarea. - Baterie internă – reîncărcabilă - Protecție defibrilator - Timp de operare	
--	--	--	--	--	---	--	--

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;

Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

					autonomă $\geq 2,5$ h - Indicator vizual contact slab sau lipsă de contact - Statut al sistemului, deconectare alimentare rețea, baterie descărcată - Accesorii standard cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 bucăți) și membranari de tip clește (4 bucăți) 2 unități - Hârtie termică 5 bucăți - Gel de contact 1 litru - Suport pe roțile 1 unitate - Geantă pentru transportare 1 unitate 2. Descrierea electrocardiografului: - Electrocardiograf cu 12 canale - Derivațiile tip înregistrare auto și manual - Sensivitatea 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mv - Gama de frecvență de diagnostic 0,05-165 Hz de filtrare musculară, de frecvență înaltă, de	autonomă $\geq 2,5$ h - Indicator vizual contact slab sau lipsă de contact - Statut al sistemului, deconectare alimentare rețea, baterie descărcată - Accesorii standard cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 bucăți) și membranari de tip clește (4 bucăți) 2 unități - Hârtie termică 5 bucăți - Gel de contact 1 litru - Suport pe roțile 1 unitate - Geantă pentru transportare 1 unitate 2. Descrierea electrocardiografului: - Electrocardiograf cu 12 canale - Derivațiile tip înregistrare auto și manual - Sensivitatea 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mv - Gama de frecvență de diagnostic 0,05-165 Hz de filtrare musculară, de frecvență înaltă, de	
--	--	--	--	--	---	---	--

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					frecvență joasă, de rețea 50 Hz - Impedanța de intrare >50 m Ohm, Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 120 dB - Imprimantă termică incorporată. Lățimea hârtie > 210/216 mm.	frecvență joasă, de rețea 50 Hz - Impedanța de intrare >50 m Ohm, Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 120 dB - Imprimantă termică incorporată. Lățimea hârtie > 210/216 mm.	
	Total lot 2						
	Lotul 4						
33100000-1	Holter ECG	„СПДМ-01- “Р-Д”	Rusia	„Monitor” LTD	1.Cerințe: - Tip pacient adult pediatric - Numărul de canale de procesare configurabil 12 și 3 - Timpul de înregistrare configurabil de la 1 la 7 zile - Frecvenței de citirea a semnalului 1000 per secundă - Detectare pacemaker cel puțin 3 canale - Conectare cu PC Bluetooth class II in real time si USB	- Tip pacient adult pediatric - Numărul de canale de procesare configurabil 12 și 3 - Timpul de înregistrare configurabil de la 1 la 3 zile pentru modul full de înregistrare pe 12 canale - Frecvenței de citirea a semnalului 1000 per secundă - Detectare pacemaker cel puțin 3 canale - Conectare cu PC Bluetooth class II in real time si USB	

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;

Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

					- Configurația portabil - Derivațiile tip înregistrare automat - Gama de frecvență de diagnostic 0,05 – 300 Hz - Impedanță de intrare $\geq 2.5 \text{ M Ohm}$ - Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $>85 \text{ dB}$ - Display LCD, LED $\geq 2,2''$ - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook Bluetooth class II in real time si USB - Înregistrare voce incorporată - Înregistrare acțiunile pacientului repaus, mers, alergare - Memorie internă $\geq 1 \text{ GB}$ (incorporată) +SD Card 16 GB - Alimentarea 3 V DC - Baterie reîncărcabilă - Timp operare, autonomă	- Configurația portabil - Derivațiile tip înregistrare automat - Gama de frecvență de diagnostic 0,05 – 300 Hz - Impedanță de intrare $\geq 2.5 \text{ M Ohm}$ - Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $>85 \text{ dB}$ - Display LCD, LED $\geq 2,2''$ - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook Bluetooth class II in real time si USB - Înregistrare voce incorporată - Înregistrare acțiunile pacientului repaus, mers, alergare - Memorie internă (incorporată) +SD Card 16 GB - Alimentarea 3 V DC - Baterie reîncărcabilă - Timp operare, autonomă	
--	--	--	--	--	--	---	--

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					≥ 25 h - Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem, baterie descărcată - Accesorii standard cablu pacient cu conectare la 10 electrozi - 2 unități, set de electrozi de unica folosință minimum 100 bucăți – 1 bucată - Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC - Geantă. 2. Descrierea Monitor Holter ECG: 3. Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii în timpul repaosului și la efort.	≥ 25 h - Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem, baterie descărcată - Accesorii standard cablu pacient cu conectare la 10 electrozi - 2 unități, set de electrozi de unica folosință minimum 100 bucăți – 1 bucată - Softul necesar pentru analiza Holter ECG pe PC - Geantă. 2. Descrierea Monitor Holter ECG: 3. Dispozitivul înregistrează ECG în 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii în timpul repaosului și la efort.	
	Monitor Holter Tensiune arterială	„BiPiLab M”	„Petr Telegin” (BPLab)	Rusia	1. Cerințe: - Monitor Holter Tensiune Arteriala COD 1137 - Descriere Dispozitivul înregistrează Presiunea arteriala în 24 ore sau mai mult.	- Monitor Holter Tensiune Arteriala COD 1137 - Descriere Dispozitivul înregistrează Presiunea arteriala în 48 ore sau mai mult. - Parametrul Specificația	

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;

Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x772;

c/f: 1018600024552

					- Parametrul Specificația - Tip pacient adult, pediatric - Sa posede algorim de autoadaptare a presiunii in manseta da - Timpul de inregistrare 24 ore si mai mult - Metoda de masurare oscilometrica - Segment masurare presiune sistolica ≥ 60 si 290 mmHg - Segment masurare presiune diastolica ≥ 30 si 195 mmHg - Eroarea < 3 mmHg - Configurația Portabil da - Segment masurare Puls 30-240 bpm - Interval de masurare 0,1,2,3,4,5,6,12,30 masurari pe ora - Capacitatea memoriei ≥ 300 masurari - Conectare PC, transmitere date Bluetooth - Display LCD, LED da - Alimentarea- 3 V DC	- Tip pacient adult, pediatric - Sa posede algorim de autoadaptare a presiunii in manseta da - Timpul de inregistrare 24 ore si mai mult - Metoda de masurare oscilometrica - Segment masurare presiune sistolica ≥ 60 si 280 mmHg - Segment masurare presiune diastolica ≥ 30 si 195 mmHg - Eroarea < 3 mmHg - Configurația Portabil da - Segment masurare Puls 30-240 bpm - Interval de masurare 3- 999 selectabil, minute în modul automat, de la 0 în pași de 1 în modul manual - Capacitatea memoriei pînă la 999 masurari - Conectare PC, transmitere date Bluetooth - Display LCD, LED da - Alimentarea- 3 V DC	
--	--	--	--	--	---	---	--

„Euroconstant Med” SRL

MD-3729, r-nul Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru 45;
 Tel. : (+373)79510739 ; (+373)69669333;
 B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;
 Cod:AGRNMD2x772;
 c/f: 1018600024552

					- Baterie reîncărcabilă da - Indicatori vizuali - Erori status sistem baterie descărcată - Acesorii standard - Tub extensie 2 unități - Manjeta S, M, L, XL 2 buc fiecare marime - Softul necesar pentru analiza Holter NIBP pe PC da - Geanta da	- Baterie reîncărcabilă da - Indicatori vizuali - Erori status sistem baterie descărcată - Acesorii standard - Tub extensie 2 unități - Manjeta S, M, L, XL 2 buc fiecare marime - Softul necesar pentru analiza Holter NIBP pe PC da - Geanta da	
	Total lot 4						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **SULA Constantin**, În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **„Euroconstant Med” SRL**,
 Adresa: **MD-3729 r. Strășeni, s. Roșcani, str. Grigore Vieru nr.45**