

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
OBIECTUL: Set de rezistențe etalon

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Descrierea directă a bunurilor (caracteristici funcționale):	Set de rezistențe etalon – dispozitiv fizic cu decade rezistoare. Echipamentul permite modificarea rezistenței prin comutarea rezistoarelor interne.	P-40108		Rusia	ПрофКИП	Set de rezistențe etalon – dispozitiv fizic cu decade rezistoare. Echipamentul permite modificarea rezistenței prin comutarea rezistoarelor interne.
2.	Cerințe privind, cantitatea, locul livrării:	Cantitate: 2 bucăți Locația de livrare: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.	—	—	—	—	—
3.	Destinația bunului și scopul utilizării acestuia:	Setul de rezistențe etalon este prevăzut pentru etalonarea diverselor echipamente necesare în determinarea cantităților de gaze naturale. Este utilizat în curent continuu, ca etalon/măsură multi-valorică a rezistenței electrice.	—	—	—	—	Setul de rezistențe etalon este prevăzut pentru etalonarea diverselor echipamente necesare în determinarea cantităților de gaze naturale. Este utilizat în curent continuu, ca etalon/măsură multi-valorică a rezistenței electrice.
4.	Caracteristicile tehnice necesare ale bunurilor::	• Clasa de precizie: 0,02/2·106 • Unitatea de măsură: Ohm • Intervale de măsurare a rezistenței electrice: 0,021 Ohm -111111,1 Ohm	—	—	—	—	• Clasa de precizie: 0,02/2·106 • Unitatea de măsură: Ohm • Intervale de măsurare a rezistenței electrice: 0,021 Ohm -111111,1 Ohm

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		• Puterea nominală: • 0,001W pentru decada 0,01 Ohm • 0,01W pentru decada 0,1 Ohm • 0,05W pentru decada 1 Ohm și mai sus • La poziția „zero” a regulatorului decadelor, valoarea „Rezistenței 0 ” nu trebuie să depășească 0,021 Ohm. • Condiții normale de utilizare a rezistorului în decade: • - temperatura mediului înconjurător: 20±2°C • - umiditatea relativă: de la 25 până la 80% • - presiunea atmosferică: 84 - 106,7 kPa/630 – 800 mmHg • Condiții de utilizare: • - temperatura mediului înconjurător: 20±5 °C • - umiditatea relativă: de la 25 până la 80% în intervalul temperaturilor de lucru • - presiunea atmosferică: 84 - 106,7 kPa/630 - 800 mmHg					• Puterea nominală: • 0,001W pentru decada 0,01 Ohm • 0,01W pentru decada 0,1 Ohm • 0,05W pentru decada 1 Ohm și mai sus • La poziția „zero” a regulatorului decadelor, valoarea „Rezistenței 0 ” nu trebuie să depășească 0,021 Ohm. • Condiții normale de utilizare a rezistorului în decade: • - temperatura mediului înconjurător: 20±2°C • - umiditatea relativă: de la 25 până la 80% • - presiunea atmosferică: 84 - 106,7 kPa/630 – 800 mmHg • Condiții de utilizare: • - temperatura mediului înconjurător: 20±5 °C • - umiditatea relativă: de la 25 până la 80% în intervalul temperaturilor de lucru • - presiunea atmosferică: 84 - 106,7 kPa/630 - 800 mmHg

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Indicație că bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatare sau perioada permisă de exploatare anterioară	Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatare.	—	—	—	—	Bunurile trebuie să fie noi, neutilizate anterior, neexploatare.
6.	Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor:	Ambalare de fabrică.	—	—	—	—	Cerințe pentru dimensiuni, ambalaj, transportare și descărcarea bunurilor:
7.	Cerințe de calitate și siguranță:	Se vor prezenta Certificatele de conformitate pentru material și pentru asamblare.	—	—	—	—	Se vor prezenta Certificatele de conformitate pentru material și pentru asamblare.
8.	Cerințe pentru termenul de valabilitate, termenul de păstrare, garanția calității:	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau UE pentru deservire pe perioada de garanție și post-vânzare.	—	—	—	—	Disponibilitatea unui centru de service autorizat sau a unui acord de cooperare cu un service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau UE pentru deservire pe perioada de garanție și post-vânzare.
9.	Tip, marca, GOST, ISO, ș.a.m.d.:	Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova.	—	—	—	—	Conform cerințelor de certificare și calitate stabilite în Republica Moldova.
10.	Alte condiții cu caracter tehnic:	Nu vor fi luate în considerație decât ofertele	—	—	—	—	Nu vor fi luate în considerație decât ofertele

Nr. d/o	Cerințe pentru bunurile achiziționate	Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare	Model/ marca/	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
		însoțite de documentație completă în limba română (Certificat de calibrare, Fișă de calibrare și verificare inițială, Specificații tehnice și Certificat de conformitate).					însoțite de documentație completă în completă în limba română (Certificat de calibrare, Fișă de calibrare și verificare inițială, Specificații tehnice și Certificat de conformitate).

***Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.**

***Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.**

Semnat:

Numele, Prenumele: **Hincu Vladimir**

În calitate de: **director**

Ofertantul: SC **"Bio-Market" SRL**

Adresa: **RM. mun. Chisinau, str. Academiei, 10, of. 44**

Data: **02.05.2025**

