

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 19.07.2021

Procedura de achiziție Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1626264319925

Anunț de participare Nr.: 21041889

Către: IMSP Policlinica de Stat

Societatea cu răspundere limitată „Romedcom,, declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, modificările nu au fost.
- b) **Societatea cu răspundere limitată Romedcom** se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri ”Dispozitive medicale pentru sala de triere”, pentru anul 2021
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 29 195,50 (douăzeci și nouă mii o sută nouăzeci și cinci lei, 50 ban).
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 35 034,60 (treizeci și cinci mii treizeci și patru lei, 60 bani).
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **Societatea cu răspundere limitată „Romedcom,**se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Nume: Ștefan Țurcanu

În calitate de: Administrator Legal

Ofertantul: Societatea cu răspundere limitată „Romedcom,,S.R.L

Adresa: Republica Moldova,

Data 19.07.2021

Ștefan Țurcanu



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]


Data: 19.07.2021

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1626264319925**

Pagina __ din 2

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	ROMEDCOM SRL
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	Oficiu: str. Sciusev 16, of. 6 mun. Chișinău Tel/fax: 079807733 / 022-53-01-95
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	Proprietate	Privată
	Formă de organizare juridică	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2004
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	Producător	-
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	Import si comercializarea dispozitive medicale
	Intermediar	-
	Altele	-
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	Țurcanu Ștefan
	Locul de muncă și funcția	Administrator Legal
	Adresa	Chișinău, Republica Moldova
	Telefon / Fax	Tel.022 53 01 95 Fax. 022 53 01 95
	E-mail:	romedcom@gmail.com
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0405126
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	CONFORM FDA
2. Informații de calificare		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	15 ani



2.1.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	2 ani
2.2.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri similare pe parcursul perioadei prevăzute în IPO 11.1 (a)	Nu se aplică
2.3.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Nu se aplică
2.4.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	Nu se aplică

3. Informații financiare

3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii	
3.2.	Adresa: mun. Chișinău str. Sciusev, 16 of 6. Telefon: (022) 53-01-95;079807733 IBAN: MD87AG000000022513656045 MDL Banca: BC MOLDOVA – AGROINBANK” SA Adresa poștală a băncii: Chișinău str. C. Tanase Cod: AGRNMD2X IDNO:1004600066975	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	Nu este cazul	Nu este cazul
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	Nu este cazul	Nu este cazul

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz

B. Partenerii individuali ai Asociației


4.1.	Fiecare partener al Asociației va depune toată informația solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3.
4.2.	Anexați procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației.
4.3.	Anexați acordul semnat între toți partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toți partenerii).

Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz




Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: s-b3wdp1-MD-1626264319925		Data: 19.07.2021						
Denumirea licitației: Dispozitive medicale pentru sala de triere		Lot: 1,2,4,5,6						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referință
3310000-1	2	3	4	5	6	7	8	ISO CE
		Electrocardiograf cu 6 canale, caracteristici de baza	SE-601B	China	Edan Instrument S, Inc.	<p>Descriere Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan.</p> <p>Tip pacient - adult</p> <p>Numărul de canale de procesare - 6</p> <p>Configurația-Portabil - da</p> <p>Derivațiile: Tip înregistrare - auto și manual</p> <p>Sensibilitatea - 2.5, 5, 10, 20 mm/mv</p> <p>Semnal de calibrare - 1 mV, ± 3%</p> <p>Gama de frecvență: De diagnostic - 0.05-150 Hz</p> <p>Filtru muscular - 25, 35Hz</p> <p>Filtru frecvență joasă - 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz</p> <p>Filtru frecvență înaltă - 20, 40, 100, 150Hz</p> <p>Filtru de rețea - 50 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB</p> <p>Convertor analog-digital ≥ 12 bit</p> <p>Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA</p> <p>Detector de pacemaker da</p> <p>Indicator deconectare electrocardiograf sau vizual da</p> <p>Imprimantă: Termică - încorporată</p> <p>Mărimea hîrtiei ≥ 20 mm</p>	<p>Electrocardiograf cu 6 canale, care înregistrează, printează și interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan.</p> <p>Tip pacient - adult</p> <p>Numărul de canale de procesare - 6</p> <p>Configurația-Portabil - da</p> <p>Derivațiile: Tip înregistrare - auto și manual</p> <p>Sensibilitatea - 2.5, 5, 10, 20 mm/mv</p> <p>Semnal de calibrare - 1 mV, ± 3%</p> <p>Gama de frecvență: De diagnostic - 0.05-150 Hz</p> <p>Filtru muscular - 25, 35Hz</p> <p>Filtru frecvență joasă - 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz</p> <p>Filtru frecvență înaltă - 20, 40, 100, 150Hz</p> <p>Filtru de rețea - 50 Hz</p> <p>Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm</p> <p>Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB</p> <p>Convertor analog-digital ≥ 12 bit</p> <p>Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA</p> <p>Detector de pacemaker da</p> <p>Indicator deconectare electrocardiograf sau vizual da</p> <p>Imprimantă: Termică - încorporată</p> <p>Mărimea hîrtiei ≥ 20 mm</p>	



Specificații tehnice (F4.1)

	<p>Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării- 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan - 6 Hfritia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display: Grafic, LCD TFT da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile - da Marime ecran ≥ 5 inch Rezoluția $\geq 640 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG - da Măsurări - PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării - minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă - da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact - da status sistem - da deconectare alimentare rețea - da baterie descărcată - da Accesorii Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set. Hîrtie termică - 30 buc.</p>	<p>Termică - încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 20 mm Să se indice numele derivației printate da Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării- 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25mm/s Acuratețea $\pm 5\%$(axa x),$\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan - 6 Hfritia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG da Display: Grafic, LCD TFT da Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile - da Marime ecran 5,7 inch Rezoluția = 640x480 pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei da Identificarea aritmiei da Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG - da Măsurări -PR,QT,QTC,P,QRS,T,HR; Timpul interpretării - minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă - da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator da Indicatori vizuali-contact slab sau lipsă de contact - da</p>
--	---	---




Specificații tehnice (F4.1)

					<p>Gel de contact - 1 litru Troleu pe roțile troleu pe roțile - da, (indicati modelul) ≥ 4 roți - da ≥ 2 roți cu frână - da mâner pentru transportarea standului - da coș pentru accesorii - da braț articulată pentru electrozi ECG - da suport pentru gel de contact - da ajustarea pe înălțime - optional sistem de fixare dispozitivului de suport - da Garanție 24 luni</p>	<p>status sistem - da deconectare alimentare rețea - da baterie descărcată - da Accesorii:Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set.;Hîrnie termică - 30 buc.;Gel de contact - 1 litru;Troleu pe roțile-M01= 4 roți;2 roți cu frână și mâner pentru transportarea standului,coș pentru accesorii,braț articulată pentru electrozi ECG,suport pentru gel de contact, ajustarea pe înălțime - optional,sistem de fixare dispozitivului de suport. Garanție 24 luni</p>			
2	Tonometru ocular portativ	TVGD-02	Rusia	Yelama Instrument Making Enterprise, JSC	<p>Tonometru ocular portativ Descriere: Tonometrul ocular este destinat pentru măsurarea presiunii intraoculare Tip: non-corneal Autocalibrare: da Precizie: $\pm 20\text{mmHg} \pm 2\text{mm}$ $\geq 20\text{mmHg}$ $\pm 10\%$ Ecran : LCD Alimentare : baterii Garanție 24 luni</p>	<p>Tonometru ocular portativ Descriere: Tonometrul ocular este destinat pentru măsurarea presiunii intraoculare Tip: non-corneal Autocalibrare: da Precizie: $23\text{mmHg} \pm 2\text{mm}$ $\geq 20\text{mmHg}$ $\pm 10\%$ Ecran : LCD Alimentare : baterii Garanție 24 luni</p>	ISO CE		
4	Masă din inox pentru instrumente	Masă din inox	Republica Moldova	Intersistem Prim SRL	<p>Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40 ± 5 cm; Lungime 60 ± 5 cm; Înălțime 90 ± 5 cm. Baza mesei construită din profil min. 25×25 mm; Sertar: 1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței min. 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Garanție: 24 luni Notă: Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei.</p>	<p>Material: inox rezistent la agenți chimici; Dimensiuni: Lățime 40 ± 5 cm; Lungime 60 ± 5 cm; Înălțime 90 ± 5 cm. Baza mesei construită din profil 25×25 mm; Sertar: 1 buc; Polite 2 buc; Masă mobilă pe 4 roți, 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm; Grosimea poliței 0,8 mm; Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei. Garanție: 24 luni</p>	Aviz sanitar		
5	Paravan medical cu 3 secții	Paravan medical	Republica Moldova	Intersistem Prim SRL	<p>Paravan medical, cu roțile cu 3 secții Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secțiuni, : lungime -</p>	<p>Paravan medical, cu roțile cu 3 secții Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secțiuni,</p>	Aviz sanitar		

Specificații tehnice (F4.1)

		cu 3 secții				lungime - 690 mm, lățimea picioruselor - 510 mm, înălțime - 1760 mm Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni ±10 kg	
6	Paravan medical cu 2 secții	Paravan medical cu 2 secții	Republica Moldova	Intersistem Prim SRL	Paravan medical, cu roțile cu 2 secții Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secțiuni, : 690 mm, lățimea picioruselor - 510 mm, înălțime - 1760 mm Masa unei secțiuni - nu mai mult de 10 kg	Paravan medical, cu roțile cu 2 secții Structură pliabilă Dimensiunile totale ale unei secțiuni, : lungime - 690 mm, lățimea picioruselor - 510 mm, înălțime - 1760 mm Dimensiunea perdelei - 650x1540 mm Masa unei secțiuni - ±10 kg	Aviz sanitar



Semnăt:

Numele Proprietarului: Turcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of. 6

