

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1663335090661
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene LOT 1	NV 800	Irlanda	Novaerus	Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza generare de câmp plazmatic Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte Consum de energie maxim 20W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz	Dispozitiv de dezinfecție și control al infecțiilor aerogene Descriere Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili Parametru Specificație Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m3/oră Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului Tehnologia de baza generare de câmp plazmatic Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte Consum de energie maxim 20W/oră Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz	CE/ISO

				Dovada eficacității asupra virusilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Calitate și siguranța, certificări ISO 9001, Metoda de montare / fixare pe perete vertical	Dovada eficacității asupra virusilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internationale Calitate și siguranța, certificări ISO 9001, Metoda de montare / fixare pe perete vertical	
--	--	--	--	---	---	--

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L LOT 5	EKT-A 725	Turcia	EMSAŞ	Frigider pentru reactivi cu uşa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi şi probe la temperaturi de obicei între 2 şi 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oţel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare şi / sau coroziune a conţinutului. Parametrul Specificaţia Configuraţie mobil Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Uşa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Frigider pentru reactivi cu uşa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi şi probe la temperaturi de obicei între 2 şi 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oţel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare şi / sau coroziune a conţinutului. Parametrul Specificaţia Configuraţie mobil Capacitatea 580 l Număr de rafturi 6 Uşa Număr 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roţi da Frîne da Lumină interior da Construcţie interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică 2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot 50 dB	CE/ISO
--	------------------	---------------	--------------	--	--	---------------

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chişinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)