

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21108184, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1697713048041 din „24” noiembrie 2023
Obiectul achiziției:	Reagenti și consumabile de laborator pentru anul 2024 (sistem închis)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
8. Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas	VIDAS® High sensitive Troponin I (TNHS), 415386	Franța	bioMérieux SA	Troponin High-Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® High sensitive Troponin I este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS® în vederea determinării troponinei I cardiace umane în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza enzimelor în fluorescență)). Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Bucata = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ (DEX2), 30455-02	Franța	bioMérieux SA	D-Dimer Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de aparate VIDAS® pentru determinarea imuno-enzimatică a produșilor de degradare a fibrinei (FbDP) în plasma umană (citrat de sodiu) utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Bucata = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® Ferritin (FER), 30411	Franța	bioMérieux SA	Ferritin pentru analizatorul imunologic mini Vidas test cantitativ. Teste pentru analizatorul imunologic mini Vidas teste pentru determinarea cantitativa ferritin in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® Ferritin este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru a determina feritina umană în serul sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA), folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Bucata = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO

VIDAS® T3 (T3), 30403	Franța	bioMérieux SA	Triiodotironina T3. Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Triiodotironina T3 în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® T3 este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a triiodotironinei totale (T3) din serul sau plasma umană (heparinat de litiu) folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Bucata = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
VIDAS® T4 (T4), 30404	Franța	bioMérieux SA	Tiroxina T4. Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Tiroxina T4 în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® T4 este o analiză cantitativă automată pentru utilizarea pe gama de aparate VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a tiroxinei (T4) totale din serul sau plasma umană (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Bucata = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
VIDAS® TSH (TSH), 30400	Franța	bioMérieux SA	TSH teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas. Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa TSH în amalaaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® TSH este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS®, în vederea determinării imunoenzimatică a nivelurilor de hormon de stimulare tiroidiană în serul sau plasma umană (litiu-heparină), utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență)). Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Bucata = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman

Ofertantul: **S.R.L. Mediclim AM**

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1