

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1629094225821
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 28						
	28.1	Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade (echivalentul ref.code 8575AV , Karl -Storz) (pentru ORL)	8575AV	Germania	Karl Storz	Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade ; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisi, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard V/olf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat in dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade ; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertura largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisi, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard V/olf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat in dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316