

Specificații tehnice

Nr. Licităției	Numărul licitației: 21281908 / ocds-b3wdp1-MD-1727085140101					Data: 01.10.2024		Alternativa Nr.:
Denumirea Licităției	Consumabile pentru cardiologia intervențională (30-60 zile până la rezultatele CAPCS) anul 2024					Lot. 4		Pagina: 1 din 1
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	4	4.Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Passeo®-18 366098 366099 366100 366104 366105 366106 366114 376276 357451 357458 366101 357469 357476 366107 357483 376277 357452 357459 366102 357470 357477 366108 357484 376278 357453 357460 366103 357471 357478 366109 357485 376279 357454 357461 357465 357472 357479 366110 376272 376280 357455 357462 357466 357473 357480 366111 376273 376281 357456 357463 357467 357474 357481 366112 376274 376282 357457 357464 357468 357475 357482 366113a 376275a 376283a 366115 366118 366119 366123 366126 366129 366137 376296 357486 357491 366120 357502 357507 366130 357512 376297 357487 357492 366121 357503 357508 366131 357513 376298 357488 357493 366122 357504 357509 366132 357514 376299 357489 357494 357498 357505 357510 366133 376292 376300 357490 357495 357499 357506 357511 366134 376293 376301 366116 357496 357500 366124 366127 366135 376294 376302 366117 357497 357501 366125 366128 366136a 376295a 376303a	Elveția	BIOTRONIK	Balon de tip OTW. Acoperire hidrofilică. Profil vârf: 0,019" max. Profil de trecere: de la 0,029" până la 0,057" Compatibilitate ghid: 0,018". Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (în dependenta de dimensiuni); Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm. Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (în dependenta de dimensiuni); Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (în dependenta de dimensiuni); Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.	Passeo®-18 Catheter type OTW Recommended guide wire 0.018" Tip Short and tapered, colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 8 %) Balloon folding 5-fold Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profi le) Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0 /7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm - Vezi Prospectul BIOTRONIK Passeo 18	ISO / CE / inregistrat la AMDM si introdus in registrul de Stat al RM

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21281908 / ocds-b3wdp1-MD-1727085140101					Data: 01.10.2024			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: Consumabile pentru cardiologia intervențională (30-60 zile până la rezultatele CAPCS) anul 2024					Lot: 4			Pagina 1 din 1			
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Prețul estimativ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	4	4.Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Bucată	40	1,803.2000	1,947.4560	72,128.0000	77,898.2400	Termen de pina la 15 zile de la solicitare	MD10TRPCBW518430A00362AA	74000.00
Total ofertă							72,128.00	77,898.24			

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B