

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21008588 din 30 mai 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Articole parafarmaceutice pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	37	Ac rahidian	SL26092-21	China	Akus	N21	AC RAHIDIAN 21G, 92MM, VARF LANCET25 Codul Produsului: SL26092-21 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	38	Ac rahidian	SL26092-22	China	Akus	N22	AC RAHIDIAN 22G, 92MM, VARF LANCET25 Codul Produsului: SL26092-22 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	39	Ac rahidian	SL26092-23	China	Akus	N23	AC RAHIDIAN 23G, 92MM, VARF LANCET25 Codul Produsului: SL26092-23 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	40	Ac rahidian	SL26092-25	China	Akus	N25	AC RAHIDIAN 25G, 92MM, VARF LANCET25 Codul Produsului: SL26092-25 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	41	Ac spinal	SW23092-19	China	Akus	Nr/23,90mm	Ac Spinal Pencil Point 23G, lungime 92mm, cu introducător 19G Codul Produsului: SW23092-19 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	166	Set epidural	100/391/118	Marea Britanie	Smiths	G-17	TRUSA ANESTEZIE EPIDURALA 18G Codul Produsului: 100/391/118 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	167	Set p/u cateterizarea ven. Centrale	331 200H	Germania	Intra	7F-20 cm G18/7cm	CATETER VENOS CENTRAL CU 1 LUMEN 7F- 20 CM CU SERINGA GHID Codul Produsului: 331 200H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	168	Set p/u cateterizarea ven. Centrale	332 200H	Germania	Intra	8F-20 cm G18/7cm	CATETER VENOS CENTRAL CU 1 LUMEN 8F- 20 CM CU SERINGA GHID Codul Produsului: 332 200H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	169	Set p/u cateterizarea ven. Centrale	333 200H	Germania	Intra	9F-20 cm G18/7cm	CATETER VENOS CENTRAL CU 1 LUMEN 9F- 20 CM CU SERINGA GHID Codul Produsului: 333 200H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	211	Tub endotraheal	100/141/030	Marea Britanie	Smiths	N3	SONDA IOT FARA BALONAS 3.0 Codul Produsului:100/141/030 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	212	Tub endotraheal	100/150/050	Marea Britanie	Smiths	N5	Nomenclatura solicitata 5,0 din polivinilclorid, termoplastic cu linie radiopaca, cu balonas de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, cu marcaj in cm. Codul Produsului: 100/150/050 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	213	Tub endotraheal	100/150/070	Marea Britanie	Smiths	N7	Nomenclatura solicitata 7,0 din polivinilclorid, termoplastic cu linie radiopaca, cu balonas de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, cu marcaj in cm. Codul Produsului: 100/150/070 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	214	Tub endotraheal	100/150/075	Marea Britanie	Smiths	N7,5	Nomenclatura solicitata 7,5 din polivinilclorid, termoplastic cu linie radiopaca, cu balonas de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, cu marcaj in cm. Codul Produsului: 100/150/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	215	Tub endotraheal	100/150/080	Marea Britanie	Smiths	N8	Nomenclatura solicitata 8,0 din polivinilclorid, termoplastic cu linie radiopaca, cu balonas de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, cu marcaj in cm. Codul Produsului: 100/150/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33100000-1	216	Tub endotraheal	100/150/085	Marea Britanie	Smiths	N8,5	Nomenclatura solicitata 8,5 din polivinilclorid, termoplastic cu linie radiopaca, cu balonas de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, cu marcaj in cm. Codul Produsului: 100/150/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7