

Anexa nr. 22
la

Documentația standard nr. _____
din “ _____ ”
_____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684506798338 din 19.05.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 13)

COD CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	standarde de referință
1	2		3	4	5	6	
	LOT 9						
33100000-1	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	YA-D5-12	China	ZHANGJIAGANG MEDI MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 7 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti- Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da	CE

					Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă	Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat 250 kg Înălțime Ajustabilă 45- 76 cm Rotile Diametru 15 cm Sistem de blocare la 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională (Da, prin eliminarea marginii) Sectiunea spate cu cadru pentru detector radiologic 35 x 43 cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă	
	LOT 10						
33100000-1	Frigider de laborator 60-70L	PR5-60	China	Bioevopeak	Temperatura - +2 C până la +8 C; Acuratețe temperatură 0,1 C; Racire – convecție forțată; Capacitate 60-70 L; Agent de răcire – R600a; Clasa climatică – N, SN; Interfață PC - USB; Alarme – alarmă pentru temperaturi ridicate și scăzute; Alarmă pentru eroarea termostatului; Alarmă pentru usa deschisă; Material – Exterior: placă de	Temperatura - +2 C până la +8 C; Acuratețe temperatură 0,1 C; Racire – convecție forțată; Capacitate 60 L; Agent de răcire – R600a; Clasa climatică – N, SN; Interfață PC - USB; Alarme – alarmă pentru temperaturi ridicate și scăzute; Alarmă pentru eroarea termostatului; Alarmă pentru usa deschisă; Material – Exterior: placă de	CE

					oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Interior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Număr de rafturi – 2 Accesorii incluse – Lampa LED Port USB; Dispozitiv de înregistrare a temperaturii	oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Interior: placă de oțel pulverizată cu pulbere antibacteriană; Număr de rafturi – 2 Accesorii incluse – Lampa LED Port USB; Dispozitiv de înregistrare a temperaturii	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Andrei Botnaru

În calitate de: Director

Ofertantul: “Neotec” SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37