

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1782904406823 din 13 iul 2026, 14:30 - 17 aug 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale Suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumi rea modelul ui bunului/ serviciul ui	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	3	Ansa Dormia cu 4 fire metalice hexagonale	MI-FG-ZJ- 23*2300- 20 MI-FG-ZJ- 23*2300- 30	China	SHANGXIAN MINIMAL INVASIVE INC.	Ansa Dormia cu 4 fire metalice hexagonale, care își păstrează simetria după manipulare, prevăzută cu port de contrastare. Diametrul ansei: 15/20/25mm(la solicitare). Dimensiunile cateterului: diametrul 2,4mm, lungimea 2000mm.	Ansa Dormia cu 4 fire metalice hexagonale, care își păstrează simetria după manipulare. Diametrul ansei: 20- 30mm(la solicitare). Pentru canal de lucru >=2.8mm, lungimea 2300mm.	DM000658995 DM000658994
3310 0000 -1	4	Ansa pentru polipectomie "la rece"	CS3- 11023230	China	MICRO-TECH	Ansa pentru polipectomie"la rece" mono filament, forma romboidă, destinată polipilor mai mici de 9mm. Lățime ansa: 10mm, lungime ansa:20mm. Lungime de lucru:2300mm, diametrul 2,45mm.	Ansa pentru polipectomie"la rece", forma romboidă, destinată polipilor mai mici de 10mm. Lățime ansa: 10mm. Lungime de lucru:2300mm, pentru canal de lucru >2.8mm.	DM000660338
3310 0000 -1	5	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	MBD-AM- BB-2	China	MICRO-TECH	Lungimea cateter - 2200mm. Canal endoscop - 2,8mm. Diametru balon 6-8 mm.	Lungimea cateter - 2300mm. Canal endoscop - 2,8mm. Diametru balon 6-8 mm.	DM000660845
3310 0000 -1	37	Clame hemostatice endoscopice	SX-HR- 2300-2	China	SHANGXIAN MINIMAL INVASIVE INC.	Clame hemostatice endoscopice rotatabile cu redeschidere (unică folosință). Lungime cateter - 2200mm, Diametru - 2,8 mm, Open Width - 11mm	Clame hemostatice endoscopice rotatabile cu deschidere (unică folosință). Lungime cateter - 2300mm, Diametru canal de lucru >=2,8 mm, Open Width - 13mm	DM000659706
3310 0000 -1	38	Clame hemostatice endoscopice rotative, cu posibilitatea de deschidere repetată pentru poziționarea corectă (până la 5 deschideri)	SX-HR- 2300-2 SX-HR- 1650-2	China	SHANGXIAN MINIMAL INVASIVE INC.	Clame hemostatice endoscopice rotative, cu posibilitatea de deschidere repetată pentru poziționarea corectă (până la 5 deschideri). Unghiul clamei: 90 grade, lungimea: 11mm. Dotate cu husă de protecție distală. Lungimea de lucru: 1650-2300mm.	Clame hemostatice endoscopice rotative, cu posibilitatea de deschidere repetată pentru poziționarea corectă (multiplă). Unghiul clamei: 90 grade, lungimea: 13mm. Dotate cu husă de protecție distală. Lungimea de lucru: 1650- 2300mm.	DM000659706 DM000659705

3310 0000 -1	44	Dispozitiv de ligaturare gastro/colono	HX-400U- 30	Japonia	Olympus	Dispozitiv de ligaturare gastro/colono, cu laț detașabil diametrul >25mm și <40mm, lungimea nu mai mică de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de min. 2,8mm. De unică folosință.	Dispozitiv de ligaturare gastro/colono, cu laț detașabil diametrul 30mm, lungimea de 230cm, pentru polipectomie endoscopică prin canalul endoscopului-de diametrul 2,8mm. De unică folosință.	Dosar depus AMED DM000924048
3310 0000 -1	56	Injector endoscopic	IN12- 225232302	China	MICRO-TECH	Teflon cateter. Sistem de fixare a poziției. Luer conector., lungimea cateterului de minim 2300mm, diametru 2,6 - 2,8mm. Lungimea ac - 5cm, diametru ac - 22G.	Teflon cateter. Sistem de fixare a poziției. Luer conector., lungimea cateterului 2300mm, diametru canal de lucru >=2,8mm. Lungimea ac - 5mm, diametru ac - 22G.	DM000660501
3310 0000 -1	73	Papilotom arcuit cu balon dilatator	BD- VC431Q- 1840-30 / BD- VC431Q- 1840-25 / BD- VC431Q- 1840-20	Japonia	Olympus	Papilotom arcuit, vârf filiform 7-8 mm, radioopac, lungimea de tăiere 20-25 mm (la solicitare), parțial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,035. Lungimea de lucru: 2300mm. Diametrul canalului de lucru 3,7-4,2 cm. Lungimea balonului 40mm. Diametrul balonului 12-15-18mm (la solicitare). Marcarea radiologică a balonului și papilotomului.	Papilotom arcuit, vârf filiform 7 mm, radioopac, lungimea de tăiere 20-25 mm (la solicitare), port irigare, port ghid de 0,035. Lungimea de lucru: 1950mm. Diametrul canalului de lucru >=3,7, Diametrul balonului 12-15-18mm. Marcarea radiologică a balonului și papilotomului.	Dosar depus AMED DM000930204 DM000930202 DM000930206
3310 0000 -1	74	Papilotom tip 3 lumen, vârf filiform	DSP- 30520- 111211 DSP- 30525- 111211 DSP- 30530- 111211 DSP- 30525- 111111 DSP- 30520- 111111	China	MICRO-TECH	Papilotom 3lumen, vârf filiform 7-8 mm radioopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, lungimea 200-220 cm, cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid).	Papilotom 3lumen, vârf filiform 5 mm radioopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului, lungimea de tăiere 15-20-25-30 mm (la solicitare), diametrul canal de lucru >=2/8mm, lungimea 230 cm, cu 3 canale (contrastare+ghid).	DM000660645 DM000660647 DM000660649 DM000660646 DM000660644
3310 0000 -1	14 4	Stent biliar 10Fr, 100mm	BPDS- 31114- 1009/22 BPDS- 31114- 1011/22	China	MICRO-TECH	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime Diametru - 10Fr. - 100mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 10Fr. Lungime - 90-110mm	DM000660689 DM000660690
3310 0000 -1	14 5	Stent biliar 10Fr, 120mm	BPDS- 31114- 1011/22 BPDS- 31114- 1013/22	China	MICRO-TECH	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 10Fr. Lungime - 120mm.	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 10Fr. Lungime - 110-130mm.	DM000660690 DM000660691
3310 0000 -1	14 6	Stent biliar 10Fr, 80mm	BPDS- 31114- 1007/22	China	MICRO-TECH	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - Diametru - 10Fr. 80mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Lungime - Diametru - 10Fr. 70-90mm	DM000660688 DM000660689

			BPDS-31114-1009/22					
3310 0000 -1	14 7	Stent biliar 8,5Fr, 100mm	BPDS-31114-0809/22 BPDS-31114-0811/22	China	MICRO-TECH	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 8,5Fr. Lungime - 100mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 8,5Fr. Lungime - 90-110mm	DM000660684 DM000660683
3310 0000 -1	14 8	Stent biliar 8,5Fr, 120mm	BPDS-31114-0811/22 BPDS-31114-0813/22	China	MICRO-TECH	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 8,5Fr. Lungime - 120mm.	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 8,5Fr. Lungime - 110-130mm.	DM000660685 DM000660684
3310 0000 -1	14 9	Stent biliar 8,5Fr, 80mm	BPDS-31114-0807/22 BPDS-31114-0809/22	China	MICRO-TECH	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 8,5Fr. Lungime - 80mm	Stent biliar (dotat cu pusher) Teflon, Diametru - 8,5Fr. Lungime - 70-90mm	DM000660683 DM000660682
3310 0000 -1	15 0	Stent esofagian	ST01-103.20.080 ST01-103.20.100 ST01-103.20.120 ST01-103.20.140	China	MICRO-TECH	Stent esofagian. Stent din nitinol, auto expandabil, acoperit cu silicon,extractabil, prevăzut cu colier anti migrare, destinat tratamentului structurilor și fistulelor esofago-respiratorii. Diametrul:20mm. Lungimea 85/110/135mm(la solicitare). Opțional, poate fi dotat cu valvă anti-reflux.	Stent esofagian. Stent din nitinol, auto expandabil, acoperit cu silicon,extractabil, prevăzut cu colier anti migrare, destinat tratamentului structurilor și fistulelor esofago-respiratorii. Diametrul:20mm. Lungimea 80-140mm(la solicitare).	DM000661188 DM000661189 DM000661190 DM000661191
3310 0000 -1	15 1	Stent metalic Auto expandabil (acoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 10mm, 10mm	NST03-004-10.100	China	MICRO-TECH	Lungime : 10mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm;diam. - 7/9Fr Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Acoperit.	Lungime : 100mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 180cm;diam. - 7/9Fr Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. markere radioopace. Acoperit.	DM000661046
3310 0000 -1	15 2	Stent metalic Auto expandabil (acoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 80mm, 10mm	NST03-004-10.080	China	MICRO-TECH	Lungime : 80mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm;diam. - 7/9Fr. Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Acoperit.	Lungime : 80mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 180cm;diam. - 7/9Fr Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. markere radioopace. Acoperit.	DM000661045
3310 0000 -1	15 3	Stent metalic Auto expandabil (acoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv.	ST01-103.24.140 ST03-103.24.140	China	MICRO-TECH	Stent: A- 30mm; B- 24mm; C- 140mm; D- 110mm. Sistemul de livrare: I- 650mm; G- 205mm; H- d=8mm. D max. Ghid endoscopic - 0.035" L max. Ghid endoscopic - 260cm.	Stent: A- 30mm; B- 24mm; C- 140mm; D- 110mm. Sistemul de livrare: I- 650mm; G- 205mm; H- d=8mm. max. Ghid endoscopic - 0.035" L max. Ghid endoscopic - 260cm.	DM000661177 DM000661196

3310 0000 -1	15 4	Stent metalic Auto expandabil (neacoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 10mm, 10mm	NST03- 001-10.100	China	MICRO-TECH	Lungime : 10mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm;diam. - 7/9Fr. Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Neacoperit.	Lungime : 100mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 180cm;diam. - 7/9Fr Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. markere radioopace. Neacoperit.	DM000661074
3310 0000 -1	15 5	Stent metalic Auto expandabil (neacoperit) pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a căilor biliare, 80mm, 10mm	NST03- 001-10.080	China	MICRO-TECH	Lungime : 80mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 170-185mm;diam. - 7/9Fr. Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. 3 markere radioopace de aur. Neacoperit.	Lungime : 80mm. Diametru: 10mm. Tub de inserție Teflon de 180cm;diam. - 7/9Fr Oliva distal radiopacă, cu capăt distal transparent. markere radioopace. Neacoperit.	DM000661073

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**