

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642157999958 din: 17 ian 2022, 14:00 - 19 ian 2022, 14:00

Obiectul achiziției: Servicii de testări fizico-radiologice de performanță a dispozitivelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
73100000-3	1. Unimat Drad, anul producerii 2010, nr. Serie 86389, CMF nr. 1	-	-	-	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	-
73100000-3	2. Unimat L, anul producerii - 2010, nr. Serie 87249, CMF nr. 2	-	-	-	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	-

73100000-3	3. KRDC-90-Alfa, anul producerii 2008, nr. Serie 00031, CMF nr. 3	-	-	-	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	-
73100000-3	4. X-Frame DR, anul producerii 2015, nr. Serie 16-180-15, CCD et. 4	-	-	-	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	-
73100000-3	5. PRS 500B, anul producerii 2020, nr. Serie S0820141, CCD secția traumatologie	-	-	-	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	Serviciile urmează să includă: - Exactitatea reproducerii kV/Doza (mGy) - Acuratețea reproducerii kV, timp expunere - HVL - Reproducerea și linearitatea mAs - Exacitatea DAP, debit (doza/kV/mA și max) - Doza absorbită suprafața de intrare pe procedură (nivelele de referință, elaborate de Beneficiar) mGy sau APR Toate manipulațiile la dispozitive medicale se efectuează exclusiv de persoane autorizate. Documentația de însoțire a Serviciilor include: Raport de testări (Buletin) cu valabilitatea de 1 an – 1 (un) exemplar pentru fiecare instalație radiologică.	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**