

Anexa nr.22 la Documentația standard nr. 115 din "15" 09.2021

Specificații tehnice

Numărul licitației:

LP nr. 21058251

Data: 15-18.06.2022

Denumirea licitației:

Teste de sterilizare pentru profilaxia infecțiilor nosocomiale, asigurarea activității ritmice, calitative a cabinetelor de sterilizare a Clinicilor Stomatologice Universitare și cabinetele curative, pentru anul 2022

Cod CPV		Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3890000 0-4	1	Teste sterilizare externe la temperatura 1320-20min	Teste sterilizare externe la temperatura 132°-20min	МедИС-132/20	Rusia	Vinar	Teste sterilizare externe la temperatura 1320-20min. Setul conține 1000 teste și registru de evidență. Termen de valabilitate: minim 18 luni de la momentul livrării.	Teste sterilizare externe la temperatura 132°-20min. $132 \pm 2/20 + 2/0.20 \pm 0.02$. Setul conține 1000 teste și registru de evidență. Termen de valabilitate: minim 18 luni de la momentul livrării.	
3890000 0-4	2	Teste sterilizare interne la temperatura 1320-20min	Teste sterilizare interne la temperatura 132°-20min	СтериТЕСТ-П-А	Rusia	Vinar	Teste sterilizare interne la temperatura 1320-20min. Setul conține 1000 teste și registru de evidență. Termen de valabilitate: minim 18 luni de la momentul livrării.	Teste sterilizare interne la temperatura 132°-20min. Setul conține 1000 teste și registru de evidență. Termen de valabilitate: minim 18 luni de la momentul livrării.	

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.