

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1656676449424 / 21059344 din: 01.07.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Dispozitive medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) -	K034/T	Turcia	Kenmak Hastane	Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 P poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 17 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 17 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 20 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Roata nr.5 de mijloc da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Minere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"	Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 P poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 17 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 17 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 20 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Roata nr.5 de mijloc da Material "oțel inox vopsit electrostatic" Sarcina maximă ≥ 250 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Minere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"	CE / ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301