



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-5829/2020**

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 11 " iunie a./z. 2020

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Maști de protecție nesterile, de unica folosință marca DR.FILTREX

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, "FILTRANIUM" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„FILTRANIUM” SRL, Moldova, Ialoveni, str. M.Basarab, 1 a

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, procedura de confecționare, contract, aviz sanitar, declarație de conformitate pentru materie primă
eticheta produsului

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

Măștile sunt confecționate din 3 straturi: stratul exterior - material filtrant nețesut Spunbond, densitatea 30 g/m², stratul de mijloc - material filtrant nețesut SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), densitatea 17 g/m², stratul interior - material filtrant nețesut Spunbond, densitatea 23 g/m², elastic și bandă de plastic, materiale admise pentru protecție individuală

Domeniu de utilizare / Область применения:

producere, protecție individuală

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

producere, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

30 iunie 2023

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

(semnătura / подпись)



ANSP/HA03

000 1936

03

10-XVI-09

ex: St. Constantinovici
tel: 574 679

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declară că produsele:

Semi-mască facială de unica folosință, filtrantă împotriva particulelor din material neșesut 100% PP tip (spunbond/meltblown), triplustrat, densitatea totală 70g/m².

producător: S.R.L. "FILTRANIUM", mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 20.

corespund cerințelor:

Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale.
SM SR EN 149 +A1:2010 p.4.2; p.7.5; p. 7.10; p.8.4.1

Declarația este emisă în baza:

Raportului de încercări nr. 310-20D din 01 iulie 2020, eliberat de CAÎ "PIELART-AIRIN" SRL,
mun. Chișinău, str.Calea Ieșilor, 10;
Rapoartelor a încercarilor de laborator nr. 4717; nr.4718 din 15 august 2019, eliberat de Centrul
încercări ANSP Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale RM;
Avizelor sanitare pentru produse alimentare și nealimentare;
nr. P 2579/2019 din 17 august 2019;
nr. P-5829/2020 din 11 iunie 2020, eliberate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 67a.

Informație suplimentară: Modulul de certificare A

Declarația dată este înregistrată sub nr. 0000006 din 02 iulie 2020

Seria A no. 0000006



Director

semnătura

Eduard JICUL
prenumele, numele

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor.	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 310 – 20 D « 01 » iulie 2020	Cod: ПИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor №1 - Semi-mască facială, filtrantă împotriva particulelor, de unica foloșință, triplustrat, din material nețesut 100% PP tip (spunbond), densitatea 70 g/m²:

a) stratul exterior culoare albastră, material nețesut 100%PP tip (spunbond)

densitatea 30g/m², polipropilenă 100%;

b) stratul din mijloc culoare albă, material nețesut 100%PP tip (spunbond)

densitatea 17g/m², polipropilen 100%;

c) stratul interior contact cu pielea culoare albă, material nețesut 100% PP,

tip (spunbond) densitatea 23g/m², polipropilen 100%;

Nr. mostr./ încerc.	Denumirea indicilor, unități măsură	Indicativul DN la produse încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor pe DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii (strat de culoare albastră), baluri, min, la acțiunea: • „transpirației” - schimbarea culorii inițiale	SM SR EN 340 pct. 4.2 (d)	SM EN ISO 105-E04	4	4
2	Ph-ul extractului apos (strat de culoare albastră)	SM SR EN 340 pct. 4.2 (c)	GOST ISO 3071	3,5 - 9,5	6,7
	Ph-ul extractului apos (strat de culoare albă)	SM SR EN 340 pct. 4.2 (c)	GOST ISO 3071	3,5 - 9,5	6,6
3	Permeabilitatea la aer (triplustrat), dm ³ /m ² ·s	SM SR EN 149+A1 pct. 7.5	GOST 12088 pct. 4.3.3	De facto	611
4	Compatibilitatea cu pielea (strat de culoare albă)	SM SR EN 149+A1 pct. 7.10	SM SR EN 149+A1 pct. 8.4.1, pct. 8.4.2	Nu trebuie să prezinte riscuri de iritație sau alte efecte nocive pentru sănătate	Nu sunt riscuri de iritație sau alte efecte pentru sănătate
5	Comfortul sistemului de bride	SM SR EN 149+A1 pct. 8.4.1	SM SR EN 149+A1 pct. 8.2	Trebuie să fie confortabilă	Semi-masca acoperă nasul și gura, sistemul de bride are forma nasului, este confortabilă și practică
6	Siguranța asamblărilor		SM EN ISO 13934-1	-	Elasticul este întărit bine și suportă rezistența de rupere 1,6 kgf

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.

Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris CAÎ.

Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E.	

Centrul de Analiză și Încercări «Pielart - AIRIN» S.R.L. 2069, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 310 – 20 D « 01 » iulie 2020	Cod: ПИИ 5.10 - 1
		Ediția: 4
		Data: 05.07.2018
		Pag. 1/2



APROB

Director CAI «Pielart - AIRIN» SRL

Șveț I.

2020

La încercări s-au prezentat mostrele №1 - Semi-mască facială, filtrantă împotriva particulelor, de unica folosință, triplustrat, din material nețesut 100% PP tip (spunbond), densitatea 70 g/m²,

a) stratul exterior culoare albastră, material nețesut 100%PP tip (spunbond)

densitatea 30g/m², polipropilenă 100%;

b) stratul din mijloc culoare albă, material nețesut 100%PP tip (spunbond)

densitatea 17g/m², polipropilen 100%;

c) stratul interior contact cu pelea culoare albă, material nețesut 100% PP,

tip (spunbond) densitatea 23g/m², polipropilen 100%;

Solicitant „Sertium Standart” SRL, mun. Chișinău, bd. Decebal, 138.

Producător S.R.L „FILTRANIUM”, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 20

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări cîte 3 buc.

Data primirii mostrelor 29.06.2020

Data începerii încercări 29.06.2020

Mostrele prelevate de către expertul «Sertium Standard» și prezentate pe

baza raportului Nr. 10-20 din 26.06.2020, și programului Nr. 10-20 din 29.06.2020

Tipurile și scopurile încercărilor pentru declarație de conformitate

DN la produse și metode de încercări SM SR EN 149+A1:2010 „Aparate de protecție respiratorie. Semi-

măști filtrante împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare”, SM SR EN 340:2010 „Îmbrăcăminte de

protecție. Cerințe generale”, SM EN ISO 105-E04:2016 „Materiale textile. Încercări de rezistență a vopsirilor.

Partea E04: Rezistența vopsirilor la transpirație”, GOST ISO 3071-2011 „Материалы текстильные.

Метод определения pH водного экстракта”, GOST 12088-77, „Материалы текстильные и изделия

из них. Метод определения воздухопроницаемости”

Condițiile mediului în timpul încercărilor t = 18-22° C

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.