

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597126904861 din 15.08.2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical								
Nr. lot.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	33190000-8	Lotul 1 Dermatoscop cu kit de utilizare cu Iphone – 7	iC1/7	Germania	Heine	Utilizabil cu smartphone Iphone – 7 V< 500 mA, cablu micro USB, mărire optică a imaginii x15, mărire imagine digital x 40, cu placă de contact cu scară milimetrică, cu utilizare în regim de iluminare cu polarizare și fără polarizare, utilizare în regim de contact și fără contact, termen de garanție min. 2 ani, manual de utilizare limba engleză, aparat nou.	Utilizabil cu smartphone Iphone – 7 V< 500 mA, cablu micro USB, mărire optică a imaginii x15, mărire imagine digital x 40, cu placă de contact cu scară milimetrică, cu utilizare în regim de iluminare cu polarizare și fără polarizare, utilizare în regim de contact și fără contact, termen de garanție min. 2 ani, manual de utilizare limba engleză, aparat nou.	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau