

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1759503257358 din 07.11.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.26)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1			2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	13	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	CENTRIC 400 R	Slovenia	Domel	Confrom caietului de sarcini	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt concepute pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă în pași de 10 s (broșura pag 1) Maximală, rpm ≥ 18.000 rpm (broșura pag 3) Setări setarea vitezei 500 to 18.000 rpm, step of 10 rpm (broșura pag 1) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml (broșura pag 3) Numărul de tuburi rotor unghiular ≥ 24 de tuburi (broșura pag 3) Timer Diapazon minim de timp 1s - ≥ 99 min (broșura pag 1) funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) (Fast spin with preselected speed , broșura pag 1) Incrementarea ≤ 10 s (broșura pag 1) Refrigerare obligatoriu (broșura pag 1) interval de temperatură de la -9 °C la +40 °C (broșura pag 1) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului (broșura pag 1)	DM000528590

								Indicatori Indicarori vizual și acustic (<i>sunt present , dar nu sunt mentionati in brosură tehnica</i>) Debalansare - DA Pornire/oprire - DA Capac deschis - DA Display Digital - DA Nivelul de zgomot < 58 dB(A) Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare - DA	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau