



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21381161 din 18.04.2025
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr. 3)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 4					
Hotă cu flux laminar	MGK-120	Turcia Mikrotest	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat Control automat al volumului de flux prezentat	Hotă cu flux laminar Cod 250100 Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 – DA, pag. 1 Broșură Biosafety Cabinet Control controlat de microprocesor - DA, pag. 2 Broșură Biosafety Cabinet Sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat – DA, pag. 2 Broșură BiosafetyCabinet	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux Lampa UV pentru sterilizare fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10⁵ Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarme Acustică, Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare Lampă UV Suport pentru amplasarea hotei Robinet pentru vacuum Robinet pentru gaze	control automat al volumului de flux prezentat – DA, pag. 2 Broșură Biosafety Cabinet Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic – DA, pag. 4 Broșură Biosafety Cabinet Filtre HEPA sau ULPA – DA, H14, pag. 5 Broșură Biosafety Cabinet Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 – DA, pag. 5 Broșură Biosafety Cabinet Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux – DA, pag. 4 Broșură Biosafety Cabinet lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală – DA, pag. 2 Broșură Biosafety Cabinet Nivelul de zgomot 60dB ≤ – DA, pag. 4 Broșură Biosafety Cabinet Flux aer > 0.4 m/s – DA, pag. 6 Broșură Biosafety Cabinet Factorul de protecție (Apf) 1.5 10⁵ – DA Afijaj digital – LCD Alimentarea 220V, 50 Hz – DA Alarme Acustică – DA Vizuală – DA Capac de închidere a exhaustării – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet Set de livrare Hota cu filtre – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet Lampă de iluminare – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet lampă UV – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet suport pentru amplasarea hotei – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet robinet pentru vacuum – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet robinet pentru gaze – DA, pag. 7 Broșură Biosafety Cabinet	
--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 7					
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	SMR-130G	Italia SMEG	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 100 - 200 l obligatoriu Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 100 - 200 l obligatoriu – 130 Broșură Număr de rafturi - 3 DA, Broșură Ușa Număr 1 DA, Broșură Transparentă obligatoriu DA, Broșură Mecanism blocare cu cheie DA, Broșură Lumină interior obligatoriu DA, Broșură Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare DA, Broșură Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA, Broșură Afișaj temperatură digital DA, Broșură Alarmer acustică vizuală DA, Broșură Răcire ventilată DA, Broșură Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA, Broșură Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 2 °C DA, Broșură Alimentare 220 V, 50 Hz DA, Broșură Refrigerent fără CFC / HCFC DA, Broșură Zgomot < 48 dB DA, Broșură Accesorii coșuri tip sertar, da DA, Broșură	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 8					
Camera frigorifica, 2 locuri(caracteristici de baza) (otel inox)	DEKO2	Turcia BNT	Camera frigorifica, 2 locuri(caracteristici de baza) (otel inox) Cod 140840 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: intrarea în cameră frigorifică cu troleul, ușă comuna. Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 Intervalul de temperatură 0°C - +10°C Control temperatură programabilă Afișaj temperatură alfanumeric Structura cutiei Exterior oțel inox/aluminiu gofrat Interior oțel inox/aluminiu gofrat Izolare poliuretan Grosime izolare ≥80 mm Uși Tip inchidere ermetic Sertare nu Nr. Uși 1 Tip decongelare automat Orificiu drenaj obligatoriu Sistem de evaporare obligatoriu Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu Vizual obligatoriu Iluminare interior obligatoriu Sistem ventilare internă obligatoriu Accesoriu troleu	Camera frigorifica, 2 locuri(caracteristici de baza) (otel inox) Cod 140840 Descriere Frigider special destinat pentru pastrarea cadavrelor în conditii optime, pentru perioade scurte și lungi de timp. Notă: intrarea în cameră frigorifică cu troleul, ușă comuna. Parametrul Specificația Nr. de locuri 2 DA, Broșură Intervalul de temperatură 0°C - +10°C DA, Broșură Control temperatură programabilă DA, Broșură Afișaj temperatură alfanumeric DA, Broșură Structura cutiei Exterior oțel inox/aluminiu gofrat DA, Broșură Interior oțel inox/aluminiu gofrat DA, Broșură Izolare poliuretan DA, Broșură Grosime izolare ≥80 mm DA, Broșură Uși Tip inchidere ermetic DA, Broșură Sertare nu - DA, Broșură Nr. Uși 1 DA, Broșură Tip decongelare automat DA, Broșură Orificiu drenaj obligatoriu DA, Broșură Sistem de evaporare obligatoriu DA, Broșură Sistem de semnalizare Sonor obligatoriu DA, Broșură Vizual obligatoriu DA, Broșură Iluminare interior obligatoriu DA, Broșură Sistem ventilare internă obligatoriu DA, Broșură Accesoriu troleu DA, Broșură	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 10					
Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii)	Starled 3NX	Italia ACEM	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 1 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50 000h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului 3-4 m	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza) Cod 130210 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) – DA. Pag. 2 Broșură Starled3 NX Numărul de sateliți 1 – DA. Pag. 5 Broșură Starled3 NX Temperatura culorii - 4,500 K, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Reglarea intensității luminei obligatoriu – DA, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Indexul de culoare – 98, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Dimensiunea câmpului, cm Diametrul ajustabil diapazon - 24 - 33 cm, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Adâncimea - 117 cm, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Distanța de lucru - 70-150 cm, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Nivelul de iluminare la 1 m distanță - 130 000 lux, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Rotația 360 grade – DA, pagină Manual utilizare Ajustare pe verticală – 80 cm, Pag. 5 Broșură Starled3 NX Cresterea temperaturii în câmpul operator < 1° C – DA, Declarație producător Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA. Pag. 5 Broșură Starled3 NX Durata medie de viață a LED-urilor - 60 000 h Pag. 5 Broșură Starled3 NX Minere detașabile sterilizabile DA. Pag. 3 Broșură Starled3 NX	DM000500282



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Panou de control integrat în lampa principal DA, standard, Pag. 3 Broșură Starled3 NX Înălțimea podului 3-4 m – DA	
Lot 11					
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariu lui chirurgical, 250L cu o ușă	AWD655-10AD	Italia AT-OS	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușă Cod 270270 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 250 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușă Cod 270270 Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților - DA, conform Datasheet și Declarație producător Volumul camerei ≥ 250 L - DA, conform Datasheet și Declarație producător Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 - DA, conform Datasheet și Declarație producător Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L - DA, conform Datasheet și Declarație producător Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent - DA, conform Datasheet și Declarație producător Pompa de apă, internă - DA, conform Datasheet și Declarație producător Pompa de aer, internă - DA, conform Datasheet și Declarație producător Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ - DA, conform Datasheet și Declarație producător	DM000638831

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Numărul de uși 1 unitate Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii obligatoriu Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului și dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu	Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului - DA, conform Datasheet și Declarație producător Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor - DA, conform Datasheet și Declarație producător Numărul de uși 1 unitate - DA, conform Datasheet și Declarație producător Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii - DA, conform Datasheet și Declarație producător Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil - DA, conform Datasheet și Declarație producător Iluminare internă a camerei - DA, conform Datasheet și Declarație producător Programe de dezinfecție implicite Min. 10 - DA, conform Datasheet și Declarație producător Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 - DA, conform Datasheet și Declarație producător Ecran LCD, color - DA, conform Datasheet și Declarație producător Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului - DA, conform Datasheet și Declarație producător Limbajul interfeței și meniului română / rusă - DA Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție - DA, conform Datasheet și Declarație producător Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului - DA, conform Datasheet și Declarație producător	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 8, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Imprimantă termică, integrată - DA, conform Datasheet și Declarație producător Temperatura de uscare ≥ 125 grade - DA, conform Datasheet și Declarație producător Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 - DA, conform Datasheet și Declarație producător Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului- DA, conform Datasheet și Declarație producător Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului - DA, conform Datasheet și Declarație producător Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități - DA, conform Datasheet și Declarație producător Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă - DA, conform Datasheet și Declarație producător Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" - DA, conform Datasheet și Declarație producător Alarmer sonore și vizuale - DA, conform Datasheet și Declarație producător Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere - DA, conform Datasheet și Declarație producător Alarma de finalizare a ciclului - DA, conform Datasheet și Declarație producător Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz - DA, conform Datasheet și Declarație producător Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. – Reverse Osmos. System ANG-100 Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc., DA, cod HS-M Coșuri pentru instrumente min. 8, - DA, cod A002 Cestino Hirtie imprimantă 30 buc., - DA, cod CK 940 Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, - DA, cod TFD7 5 LT Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, - DA, cod PHOSPHAX 5LT	
Lot 12					



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Cetus X12	Germania Axcent	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED obligatoriu Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST obligatoriu Media în analiza segmetului ST obligatoriu Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi obligatoriu I, II, III obligatoriu Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm Detectarea aritmiei obligatoriu	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracterisitici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric , DA, Brosura Display, tip Diagonala ≥ 12 inch, DA, pag.6 Brosura Brosura LCD TFT sau LED obligatoriu DA, pag.6 Brosura "Numărul de curbe afișate concomitent" între 3 și 12 minim. 13, DA, pag.7 Brosura Parametri afișați: Semnal ECG, DA, pag.7 Brosura Pulsul, DA, pag.7 Brosura SpO2, DA, pag.7 Brosura Fotopletismograma, DA, pag.7 Brosura; Presiunea sanguină neinvaziv, DA, pag.7 Brosura Temperatura, DA, pag.7 Brosura Analiza automată a undei ST, DA, pag.7 Brosura Trendingul ST obligatoriu, DA, pag.40 Manual Media în analiza segmetului ST, DA, pag.40 Manual Modul ECG "Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi"obligatoriu, I, II, III obligatoriu DA, pag.7 Brosura; Sensivitatea diapazon min. 2.5 - 40 mm/mV: 1,25- 40mm/mV. DA, pag.7 Brosura; Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB: 105 dB DA, pag.7 Brosura; Rata cardiacă diapazon min. 15 - 350 bpm, DA, pag.7 Brosura; Detectarea aritmiei,obligatoriu, DA, pag.48 Manual	DM0003734 36
--	-----------	--------------------	--	--	-----------------

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Detectarea pacemaker obligatoriu Monitorizarea respirației Adult diapazon min. 0 - 120 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare obligatoriu Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% $\leq 2\%$ Monitorizarea rata pulsului diapazon min. 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei obligatoriu Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult diapazon min. 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP obligatoriu Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg, ± 3mmHg Modul Temperatura Diapazonul diapazon min. 0 - 50.0 °C Acuratețea $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ Rezoluția $\leq 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ Număr de senzori 1 unit. Protocoloale de lucru preprogramate obligatoriu Protocoloale de lucru setate de utilizator obligatoriu	Detectarea pacemaker,obligatoriu, DA, pag.46 Manual Monitorizarea respirației adult diapazon 0 - 120 rpm, DA, pag.7 Brosura;; Protecție în portiva șocurilor de defibrilare obligatoriu, DA, pag.7 Brosura; Modul SpO2, Diapazonul 0-100% DA, pag.7 Brosura; Acuratețea la 70 - 100% $\leq 2\%$, DA, pag.7 Brosura; Monitorizarea rata pulsului diapazon 25-300bpm DA, Brosura; Monitorizarea pletismogramei, Sa se indice tehnologia modulului și senzorului de SpO2 utilizat – Masimo Brosura; Modul NIBP Diapazonul adult diapazon 10-290 mmHg, DA, pag.7 Brosura; Regim de măsurare manual, automat, butonul Start, DA, pag.7 Brosura; Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min DA, pag.7 Brosura; Buton de activare/dezactivare manual a NIBP, DA, Brosura; Metoda de măsurare, oscilometrică, DA, pag.7 Brosura; Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult" 300 mmHg, ± 3mmHg DA, pag.7 Brosura; Modul Temperatura, Diapazonul 0-50°C, DA, Brosura; Acuratețea $\pm 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, , DA, Brosura; Rezoluția $\leq 0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$: $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$, DA, Brosura; Număr de senzori, 1 unitate, DA, Brosura;; Protocoloale de lucru preprogramate, DA, Manual de utilizare Protocoloale de lucru setate de utilizator, DA, Manual de utilizare Memorie internă, DA, pag. 155 Manual de utilizare	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Memorie internă obligatoriu Trendingul evenimentelor obligatoriu Arhivarea datelor obligatoriu Imprimantă Încorporată obligatoriu Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s Înscriere continuă obligatoriu Preprogramate obligatoriu Personalizate obligatoriu Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie internă obligatoriu Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu Alarma Vizuala, sonora obligatoriu Manjetă deconectată obligatoriu Manjetă defect obligatoriu Senzor SpO2 deconectat obligatoriu Senzor SpO2 defect obligatoriu Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatoriu Nivelul baterie scăzut obligatoriu Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore obligatoriu Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc., să se indice codul produsului	Trendingul evenimentelor obligatoriu, DA, Manual de utilizare Arhivarea datelor obligatoriu, DA, Manual de utilizare ; Imprimantă Încorporată obligatoriu , DA, Manual de utilizare Forme de raportare Viteza de înscriere min. 25, 50 mm/s , DA, Manual de utilizare Înscriere continuă, obligatoriu DA, Manual de utilizare Preprogramate obligatoriu, DA, Manual de utilizare Personalizate obligatoriu, DA, Manual de utilizare Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz.obligatoriu, DA, Manual de utilizare Baterie internă obligatoriu, DA, Manual de utilizare Timp de lucru autonom a bateriei >=2h DA, Manual de utilizare Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. obligatoriu, Ethernet / wireless / RS-232 DA, Manual de utilizare Alarma Vizuala, sonora obligatoriu, DA, Manual de utilizare Manjetă deconectată, obligatoriu, DA, Manual de utilizare Manjetă defect obligatoriu DA, Manual de utilizare Senzor SpO2 deconectat obligatoriu, DA, Manual de utilizare Senzor SpO2 defect, obligatoriu, DA, Manual de utilizare Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită obligatori, DA, pag. 32 Manual de utilizare Nivelul baterie scăzut obligatoriu DA, pag. 32/33 Manual de utilizare Alarmerata cardiacă scăzută/mărită obligatoriu, DA, pag. 32 Manual de utilizare Lipsă sursă externă de alimentare obligatoriu, DA, Manual de utilizare Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore , DA, pag. 35 Manual de utilizare	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., să se indice codul produsului Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip cleste 2 buc., să se indice codul produsului Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set., să se indice codul produsului Hîrtie termică 10 buc., să se indice codul produsului Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model produsului oferit min. 5 roțile obligatoriu min. 2 roțile cu frînă obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu mîner pentru transportare obligatoriu sistem de fixare a dispozitivului de suport obligatoriu	Ajustarea nivelului de alarmă obligatoriu, DA, pag. 37/33 Manual de utilizare Accesorii: Cablul ECG cu 3 electrozi 2 buc. – DA, cod 203-001 Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc., – DA, cod F9079/100 Senzor SpO2 adult, reutilizabil 2 buc. Tip cleste, – DA, cod 207-007 Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. - DA, Inclus in set Manjete NIBP "adult, adult mediu, adult mare reutilizabil (1set/3buc)" 2 set. – DA, cod 204-002 Hîrtie termică 10 buc. – DA, cod 210-001 Troleu pe roțile 5 roțile,obligatoriu min. 2 roțile cu frînă obligatoriu, coș pentru accesorii obligatoriu, mîner pentru transportare obligatoriu, "sistem de fixare a dispozitivului de suport" obligatoriu – DA, cod 211-001	
--	--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 13					
Negatoscop un cadru cu LED	U0050	IHC	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Sursa de lumină LED Reglare luminozitate obligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz	Negatoscop un cadru cu LED Cod 210720 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre – 1, pag. 1 Datasheet Sursa de lumină LED – DA, pag. 1 Datasheet Reglare luminozitate – DA, 0-30-100%, pag. 1 Datasheet Fixarea filmelor – DA, Film Grip, pag. 1 Datasheet Fixare masă/perete – DA, opțiune T1, pag. 1 Datasheet Ecran anti-glare – DA, chassis, pag. 1 Datasheet Alimentare 220V, 50 – DA, pag. 1 Datasheet	DM000553630
Lot 14					
Pat electric, pentru adulți	Cura 3060	Turcia Schroder Medikal	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg	Pat electric, pentru adulți Cod 140490 Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general DA, Brosura Tip pacient adult DA, Brosura Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, Brosura Funcționalități poziționare DA, Brosura Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA, Brosura Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg DA, Brosura Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm DA, Brosura	DM000670098

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil obligatoriu Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică da, să se indice codul produsului	Rotile Diametru ≥ 12.5 cm DA, Brosura Sistem de blocare la minim 2 rotile DA, Brosura Bare de protecție da, pliabile DA, Brosura Suport cap demontabil obligatoriu DA, Brosura Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului obligatoriu DA, Brosura Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică DA, Brosura Alimentare 220 V, 50 Hz DA, Brosura Saltea ortopedică da DA, Brosura	
Lot 15					
Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	Cura 4050	Schroder Medikal (Turcia)	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR)	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții – DA, pag. 18 Manual utilizare Tip pacient adult – DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice – DA, pag. 18 – 19 Manual utilizare Funcționalități poziționare sedentară – DA, pag. 19 Manual utilizare poziționare Trendelenburg – DA, pag. 19 Manual utilizare poziționare anti-Trendelenburg – DA, pag. 19 Manual utilizare Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade DA, Manual utilizare Anti-trendelenburg ≥ 16 grade DA, Manual utilizare Poziționare CPR electric (auto-CPR) DA, Manual utilizare	DM000670096

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Transparență la razele X-ray (radiografie) obligatoriu DA, Manual utilizare Sectiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm DA, Manual utilizare Spătarul reglabil ≥ 70 grade DA, Manual utilizare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient – DA, pag. 20 Manual utilizare Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează - 270 kg Înălțime Ajustabilă - 80 cm Rotile Diametru - 15 cm, pag. 10 Manual utilizare Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție – DA, pag. 29 Manual utilizare Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) – DA, pag. 16 imagine Manual utilizare Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă- DA, Manual utilizare pag. 20 Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator – DA, pag. 1 imagine Manual utilizare Alimentare 220 V, 50 Hz – DA, pag. 11 Manual utilizare Saltea ortopedică, lavabilă – DA, cod MT01 Grosimea min. 14 cm – DA, pag. 27 Manual utilizare husă cu fermoar - DA, în set cu saltea Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime – DA, cod IVP01, pag. 24 Manual utilizare	
Lot 19				

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Spirograf pentru conexiune la PC	Spirolab	MIR SRL Italia	Spirograf pentru conexiune la PC Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC. Parametrul Specificația Tip Pentru conexiune la PC Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatoriu Parametri măsurați FVC FEV1 MVV FEV1/FVC Raport PEF EVC IVC Ti Te IC IRV ERV TV Memorie nu mai puțin de 300 teste grafice memorate Transfer obligatoriu la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatoriure software Dispozitivul de măsură bidirecțional	Spirograf Cod 260510 Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil – DA Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie – DA Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te, IC, IRV, ERV, TV – DA, Datasheet Memorie - 10000 teste grafice memorate, pag. 15 Manual utilizare Transfer obligatoriu la PC teste pacient – DA verificare aparat – DA, posibilă verificarea calibrării pe dispozitiv și prin software up-graobligatoriure software – DA, pag. 35 Manual utilizare Dispozitivul de măsură bidirecțional – DA, Datasheet Diapazonul de volum - 10 litri, Datasheet Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s – DA, Datasheet Eroarea la volum - 2%, Datasheet Eroarea la flux - 5%, Datasheet Interfața PC obligatori – DA, pag. 15 Manual utilizare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz – DA Accesorii Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch obligatoriu	DM000323215
----------------------------------	----------	-------------------	--	--	-------------

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Interfața PC obligatoriu Alimentare Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Soft specializat pentru PC penture afișarea rezultatelor obligatoriu PC inclus cu monitor min. 24 inch obligatoriu Imprimanta A4 obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc.	Imprimanta A4 obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații "filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare" – DA, cod 91000410 Seringă de calibrare – DA, cod 919000 Clește pentru nas tip adult ≥ 1 buc. , cod 910320 Clește pentru nas tip pediatric ≥ 1 buc., cod 910322	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21381161 din 18.04.2025
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară nr. 3)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	4	Hotă cu flux laminar	Buc.	2	107.000,00	128.400,00	214.000,00	256.800,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	7	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	Buc.	1	28.680,00	34.416,00	28.680,00	34.416,00		
	8	Camera frigorifica, 2 locuri(caracteristici de baza) (otel inox)	Buc.	1	142.000,00	170.400,00	142.000,00	170.400,00		
	10	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici medii)	Buc.	1	87.900,00	105.480,00	87.900,00	105.480,00		
	11	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușă	Buc.	1	448.000,00	537.600,00	448.000,00	537.600,00		
	12	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	Buc.	15	25.760,00	30.912,00	386.400,00	463.680,00		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	13	Negatoscop un cadru cu LED	Buc.	3	5.930,00	7.116,00	17.790,00	21.348,00		
	14	Pat electric, pentru adulți	Buc.	25	21.600,00	25.920,00	540.000,00	648.000,00		
	15	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii	Buc.	135	26.659,25	31.991,10	3.598.998,75	4.318.798,50		
	19	Spirograf pentru conexiune la PC	Buc.	1	73.200,00	87.840,00	73.200,00	87.840,00		
TOTAL							5.536.968,75	6.644.362,50		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1