

SPECIFICAȚII

		SPECIFICAȚII					
Codul CPV	Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1667824567347 / 21066883						
	Denumirea licitației: Consumabile pentru Sterilizare inclusiv teste-indicatoare-2023						
Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Mode-lul artico-lului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusa
1	2	3	4	5	6	7	8
33198000-4	17	17. Test-indicator 121°C - (15min.extern)	40.100	Turcia	Medster	121°C(15 min. externe)	Steam Indicator Strip (Type 4), 250 pcs / pack
33198000-4	19	19. Test indicator 134°C - (5 min. universal)	60.105	Turcia	Medster	134°C (5 min. universale)	Steam Indicator Strip (Type 6), 5 mins. 250 pcs / pack
33198000-4	23	23. Test Biotest	85.091	Turcia	Medster	55°C (externe) p-u plazmă	Biological Indicator, Plasma, 24 hr.
33198000-4	24	24. Test Bowie - Dik	20.210	Turcia	Medster	121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Bowie & Dick Test Pack (boxed, 200 sheets)

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
 Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova