

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780782882407/21629267 din 14.07.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 24)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot/Poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
3310 0000-1	17	Popmpă de irigație și aspirație	HP200D	China	Mindray	Descriere: utilizat pentru efectuarea intervențiilor urologice urgente și programate compatibil cu Uretronefroscoap semirigid Karl Storz. Parametrul Specificația Capacitate de irigare ≥ 1200 ml/min Capacitatea de aspirare ≥ 1200 ml/min Sistemul să dispună de funcții de avertizare privind nivelul scăzut sau golirea rezervorului de lichid Grad de protecție la pătrunderea lichidelor minim IPX2 Funcție de calibrare automată sau asistată a sistemului Afișare în timp real a parametrilor de funcționare incluzând:	Descriere: utilizat pentru efectuarea intervențiilor urologice urgente și programate compatibil cu Uretronefroscoap semirigid Karl Storz. – Foto Test Uretronefroscoap semirigid Karl Storz și pompa HP200D Parametrul Specificația Capacitate de irigare = 1300 ml/min Capacitatea de aspirare = 1300 ml/min - Operator’s Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ A.6 Product Performance Pag A-3 Sistemul dispune de funcții de avertizare privind nivelul scăzut sau golirea rezervorului de lichid - Operator’s Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ 5.5 Setting Alarm Threshold/ (8) Pag 5-2, 5-3 Grad de protecție la pătrunderea lichidelor IPX2 – Brosura HyPump Fluid Management System/ More Economical Durable design/ 360° waterproof design Pag 2 Funcție de calibrare automată sau asistată a sistemului - Operator’s Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ 4.4.4.1Selecting Sheath Model Pag 4-7 Afișare în timp real a parametrilor de funcționare incluzând:	Registru de stat: DM000823847

					presesiunea volumul de lichid administrat și/sau evacuat timpul de utilizare Afișarea deficitului de lichid acolo unde este aplicabil; Display LCD sau echivalent touchscreen, opțional Control prin pedală de picior cu două comenzi (irigare/aspirație) Accesorii Tuburi de irigare și aspirație autoclavabile 10 seturi sau seturi de unică utilizare, în număr cel puțin egal cu echivalentul ciclurilor de utilizare declarate de producător pentru setul autoclavabil, dar nu mai puțin de 400 seturi Pedala cu picior 1 buc.	presesiunea volumul de lichid administrat și/sau evacuat timpul de utilizare - Operator's Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ 5.5Setting Alarm Threshold/ (4), (6), (7) Pag 5-2, 5-3 Afișarea deficitului de lichid acolo unde este aplicabil - Operator's Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ 5.5 Setting Alarm Threshold/ (3), (5) Pag 5-2, 5-3 Display LCD sau echivalent touchscreen - Operator's Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ 3.8 Using the Touchscreen Pag 3-5 Control prin pedală de picior cu două comenzi (irigare/aspirație) – Brosura HyPump Fluid Management System/ Recommended Con_guration/ FS200 Accesorii Tuburi de irigare și aspirație autoclavabile 10 seturi - IR100R, SU100R - Brosura HyPump Fluid Management System/ More Economical Durable design/ The tubing can withstand 50-time sterilizations Pag 2 & Operator's Manual Fluid Management System HP100G/ HP200G/ HP200L/ HP200D/ 8.4.6 Sterilizing the Tubing Sets Pag 8-8, 8-9 Pedala cu picior 1 buc - Brosura HyPump Fluid Management System/ Recommended Con_guration/ FS200	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „, Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, oficiu: S108