

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1639041650289					Data: 14/01/2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Produse parafarmaceutice - 2022					Lot:	Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			4	5	6	7	8
33600000-6	108	Mască pentru oxigen	OXYGEN MASK ADULT	Turcia	Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Nr.4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Nr.4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	ISO, CE
33600000-6	112	Mască respiratorie p/VAP neinvazivă	CPAP BPAP MASK (ORA-NASAL)	Turcia	Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Trebuie să acopere nas și gura; Diapazon de presiuni: 4-30hPa; Port pentru efectuare investigațiilor endoscopice; Diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm; Corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm; Posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante); Nivel de zgomot: ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485.	Acoperă nas și gura; Diapazon de presiuni: 4-30hPa; Port pentru efectuare investigațiilor endoscopice; Diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm; Corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm; Posibilitate de a prelucra masca cu substanțe chimice (dezinfectante); Nivel de zgomot: ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485.	ISO, CE
33600000-6	145	Seringă p/u perfuzor	Injector 50 ml needle-free	Turcia	Berika Teknoloji Medikal İmalat İth. Ihr. Tic. Ltd. Şti.	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	Sterilă, 50ml, p/u B.Braun, Terumo, Alaris, cu Luer-Lock, aparate existente în instituție.	ISO, CE
33600000-6	183	Set tuburi gofrate p/u aparat de ventilare (3 direcții)	AL-1303.V009 Adult Anesthesia Circuit Extendible PP Tube 150cm with limb	Turcia	Meditera TIBBi Malzeme Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Trei tuburi; Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	Trei tuburi; Circuit de respirație Compact II, p/u conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, p/u adulți. Diametrul 22mm. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer, cu capac, la tubul endotraheal, conexiunea adaptorului 22M/15F, conexiunea furtunurilor 22F. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. Ambalaj: individual, clinic curat.	ISO, CE
33600000-6	225	Mănuși p/u igiena pacientului	Antibacterial and Antifungusidal Wash Gloves, KAF G03	Turcia	Kaf Grup Sağlık Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipoalergică, cu o căptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23