

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1776420666143/ 21607911 conform SIA RSAP M-Tender	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici « Piesă pentru X-ray staționar "Flexavision F3+CH200M, Shimadzu »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub radiologic (X-ray) pentru masa de grafie "CH-200M"	0.6/1.2P38DE-85(N)	Japonia	Shimadzu	<p>Descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Tub radiologic (X-ray) pentru grafie - 0.6/1.2P38DE-58(N); *Exemplu de referință - P/N: 582-24558-50; <p>Condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Compatibil cu X-ray staționar - "CH200M, Shimadzu"; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Montarea și punerea în funcțiune se execută de operatorul economic desemnat câștigător; *Se va prezenta certificatul de școlarizare a inginerului autorizat pentru lucrări de reparație asupra modelul de dispozitiv la care se va intala piesa (certificat emis de producător); *Tub radiologic - nou (neutilizat); <p>Documente obligatorii</p> <ul style="list-style-type: none"> *La depunerea ofertei se va prezenta "OPERATION MANUAL" pentru tubul 	<p>Descriere:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Tub radiologic (X-ray) pentru grafie - 0.6/1.2P38DE-85(N); *Referință - P/N: 582-24558-50; <p>Condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Compatibil cu X-ray staționar - "CH200M, Shimadzu"; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Montarea și punerea în funcțiune se execută de operatorul economic desemnat câștigător; *certificatul de școlarizare a inginerului autorizat pentru lucrări de reparație asupra modelul de dispozitiv la care se va intala piesa (Atasat); *Tub radiologic - nou (neutilizat); <p>Documente obligatorii</p> <ul style="list-style-type: none"> *La depunerea ofertei se va prezenta "OPERATION MANUAL" pentru tubul radiologic ofertat, care va include cel puțin: 	CE

				<p>radiologic ofertat, care va include cel puțin: (Revision history, NOMENCLATURE OF X-RAY TUBE, LABELS, STATEMENT OF COMPLIANCE [FOR EUROPE], TECHNICAL DATA); Garanție: *Minim 12 luni pentru piesa instalată;</p>	<p>(Revision history, NOMENCLATURE OF X-RAY TUBE, LABELS, STATEMENT OF COMPLIANCE [FOR EUROPE], TECHNICAL DATA); Garanție: * 12 luni pentru piesa instalată;</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____
 Numele, Prenumele: Andrei Botnaru
 În calitate de: Director
 Ofertantul: Neotec SRL
 Adresa: mun.Chisinau, str. Zaikin, 37