

**Specificații tehnice (F4.1)**

|                              |                                                                                                 |                       |                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Numărul licitației:</b>   | LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1622196991681                                                             | Data: „07” iunie 2021 | Alternativa nr.: _____ |
| <b>Denumirea licitației:</b> | Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Centru, pentru anul 2021 | Lot: 2                | Pagina: __ din __      |

| Cod CPV   | Nr. Lot | Denumire Lot        | Țara de origine | Produce-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Standarde de referință |
|-----------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         |         | 2                   | 4               | 5               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                      |
| 3310000-1 | 2       | Combină audiologică | Spania          | Sibelmed        | <p>Cameră izolată fonic</p> <p>Cod</p> <p>Descriere Cameră izolată fonic destinată efectuării diagnosticului surdologic în cabinetul de audiologie</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Tip mobilă (pe roțile, minim 2 frâne)</p> <p>Dimensiuni</p> <p>Lățimea 80 cm ± 20%</p> <p>lungimea 100 cm ± 20%</p> <p>Înălțimea 200 cm ± 20%</p> <p>Nivelul de izolare fonică dB</p> <p>250Hz ≥30</p> <p>500Hz ≥35</p> <p>1000Hz ≥40</p> <p>2000Hz ≥50</p> <p>4000Hz ≥50</p> <p>8000Hz ≥50</p> <p>Alimentare 220V, 50 Hz</p> <p>Accesorii sursă de lumină</p> <p>suport pentru căști</p> <p>ventilare forțată</p> <p>fereastră pentru contact vizual</p> | <p><b>Model S40A</b></p> <p>Cameră izolată fonic</p> <p>Descriere Cameră izolată fonic destinată efectuării diagnosticului surdologic în cabinetul de audiologie</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Tip mobilă - pe 4 roțile, 2 frâne</p> <p>Dimensiuni exterior:</p> <p>Lățimea - 90 cm</p> <p>lungimea - 90 cm</p> <p>Înălțimea - 213 cm</p> <p>Atenuare maximă 5KHz - 49.7 dB</p> <p>Toată informația cu privire la izolarea fonică, dB, poate fi găsită în documentul "Testare de laborator", document atașat la documentele de licitație</p> <p>Alimentare - 220V, 50 Hz</p> <p>Accesorii:</p> <p>sursă de lumină/ iluminare internă - LED</p> <p>suport pentru căști - DA</p> <p>ventilare forțată - Sistem de ventilație prin labirint ca standard.</p> <p>Acest sistem se bazează pe un labirint încorporat în acoperiș, care este acoperit cu material izolan. Permite aerisirea cabinei în timp ce se atenuează transmisia sunetului.</p> <p>fereastră pentru contact vizual - DA, 70 x 58 cm</p> | ISO, EC                |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Grosu Marina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Meditech" Ltd** Adresa: **mun. Chișinău, str. Trandafirilor 13/1, of. 115**