

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1678193362324</u>	Data: „ <u>24</u> ” <u>martie 2023</u>	Alternativa nr.: <u>Nu se oferă</u>
Denumirea licitației:	<u>Achiziționarea reactive si consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023 (repetat)</u>	Lot: <u>2, 3, 4</u>	Pagina: <u>1</u> din <u>1</u>

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	2	Flacoane, tip III	Flacoane, tip III	<u>HJ-GV-12/TB/20</u> Tubular Borosilicate Glass Vials 20 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 20 ml, total nu mai mult de 26 ml. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8±0,3/0,4mm; Interior 12,9±2mm; Diametrul flaconului: 26,5±0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 63 ±1 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 20 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 26,5 ± 0,6 mm; Interior 12,9 ± 0,2 mm; Diametrul flaconului: 26,5 ± 0,6 mm Înălțimea flaconului: 63,0 ± 0,5 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: <u>DM000380430</u>	CE, ISO
3310000-1	3	Flacoane, tip VIII	Flacoane, tip VIII	<u>HJ-GB-12/C/450</u> Moulded glass bottles (Graduated) 450 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălțimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradație pronunțată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 450 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 34 ± 1mm; Interior 25 ± 0,2/0,5 mm; Diametrul flaconului: 79 ± 1,2 mm Înălțimea flaconului: 165 ± 1,6 mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; c)gradație pronunțată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C; Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: <u>DM000380430</u>	CE, ISO

3310000-1	4	Flacoane, tip IX	Flacoane, tip IX	<u>HJ-GV-12/TB/3</u> Tubular Borosilicate Glass Vials 3 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 3 ml, total nu mai mult de 4,5 ml; Diametrul gâtului flaconului: Exterior $12,0 \pm 0,1$mm; Interior $8,0 \pm 0,1$mm; Înălțimea flaconului: $35,0 \pm 0,5$mm; Materialul de bază: a) sticlă transparentă, neutră; b) clasa I. Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 3 ml $\pm 5\%$. Diametrul gâtului flaconului: Exterior $12,0 \pm 0,1$ mm; Interior 8,0 $\pm 0,1$ mm; Diametrul flaconului: $16,0 \pm 0,2$ mm Înălțimea flaconului: $35,0 \pm 0,5$ mm; Materialul de bază: a)sticlă transparentă, neutră; b)clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: <u>DM000380430</u>	CE,ISO
-----------	---	------------------	------------------	---	-------	---------------	---	---	--------

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**