



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rg02-1601 din " 26.04 2019

LABROMED LABORATOR SRL

labromed.laborator@gmail.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1550747874823** din 29.03.2019 privind "Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019", Vă comunică că conform **deciziei din 25.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr. 34 Set inflator cu manometru tip A

Nu corespunde

Nu este forma de pistol

Lotul nr. 35 Set inflator cu manometru tip B

Nu corespunde

Nu este forma de pistol

Lotul nr. 37 Set inflator cu manometru tip B

Nu corespunde

Seringi nu sunt dedicate pentru angiomatul Medrad

Lotul nr. 48 Set inflator cu manometru de presiune înaltă

Nu corespunde

Nu au forma pistol

Pina la 30 atm.

nu au mecanism cu aripioare

Produs din PVC dar nu PUR

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile de mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centru pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci