

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680684290591 din: 8 apr 2023, 14:00 - 13 apr 2023, 15:00

Obiectul achiziției: Aparataj stomatologic și chirurgical

Nr. LOT	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
2	331000 00-1	Electrocoagulator mono- și bi- polar	Excell 400 MCDSec	Italia	Alsa	<p>Electrocoagulator mono- și bi-polar CUT – de la 300 pînă la 450W Blend CUT – 150W / 500Ω 1.9 Bi CUT – 120W / 150 Ω 1.5 COAG – 130W / 150Ω 1.5 Forced COAG – 80W / 500 Ω 3.6 Bi COAG – 130 W / 50Ω 1.5 Frecvența de funcționare: 357 kHz Frecvența de modulare: 33 kHz</p> <p>Siguranța pacientului: NEMSY (Sistem de monitorizare cu electrozi neutri) Modul de activare: pedală dublă și mâner cu comutator de mână Ciclul de funcționare: 10/30 Clasa de siguranță/Clasa MDD I/IIb Tip de piese aplicate BF Dimensiuni (mm): 280 x 430 x 150</p> <p>Accesorii: Mâner reutilizabil pentru comutare manuală cu cablu de 3 m – 3 buc Electrozi monopolari – 6 buc Electrozi neutri de unică folosință – 10 buc Cablu reutilizabil pentru electrozii neutri – 3 buc Cablu bipolar de 3m – 3 buc Pensă bipolară – 3 buc Pedală dublă – 1 buc Anul de producere: analogic 2023.</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pasaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.06.2023.</p>	<p>Da da, 400W da, 300W, 350 Ohm, 2,3 CF da, 140W, 300 Ohm, 1,5 CF da, 250W, 250 Ohm, 2,6 CF da, 150W, 350 Ohm, 4,5 CF da, 120W, 300 Ohm, 1,7 CF da, 440 kHz in, dependenta de regimul ales, 19-78kHz</p> <p>da</p> <p>da da da da 38x35x16cm</p> <p>MPE/CMS - 3 buc</p> <p>da da, EIP/SA- 25 buc da, CMS/E – 3 buc da, CPB/JR – 3 buc da, PMC/JR – 3 buc da, DS/E – 1 buc Da</p> <p>Da</p>	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**