

Specificații tehnice											
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1770910874379					Data: „15” 03 2026		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:			În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru					Lot:		Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale		
1		2		3	4	5	6	7	8		
33100 000-1	56	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	Mast MK 24	China	Shinva	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod270110 DescriereSterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametru/Specificația Clasa autoclavuluiClasa B Construcția interioarăcamera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraincãlzireobligatoriu Securitate la suprapresiuneobligatoriu Alarameacustică vizuală Durata sterilizării reglabilăobligatoriu ControlMicroprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizareobligatoriu Suprafata exteriora să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru doritobligatoriu Imprimantaobligatoriu Afișajalfanumeric Ciclu de strilizareCiclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuumobligatoriu Pre și post vacuumda, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscareobligatoriu Facilități de setaretemp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizareminim 4 regimuri Temperatura de sterilizare121°C, 134°C Gama de temperaturădiapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip datedata timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apămin. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod270110 DescriereSterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametru/Specificația Clasa autoclavuluiClasa B Construcția interioarăcamera de sterilizare din țel inox Da p. 25 Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Da Securitate la supraincãlzireobligatoriu p. 43 Securitate la suprapresiuneobligatoriu p. 43 Alarameacustică vizuală p. 55 Durata sterilizării reglabilăobligatoriu p. 30 ControlMicroprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Da Ușa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizareobligatoriu Da Suprafata exteriora să nu se încălzească Da Setarea de catre utilizator a modului de lucru doritobligatoriu `` Da p. 58 - 59 Imprimantaobligatoriu p. 24 Afișajalfanumeric p. 44 Ciclu de strilizareCiclu de presiune pozitivă p. 58 - 59 Ciclu de vacuumobligatoriu p. 58 - 59 Pre și post vacuumda, selectabil p. 58 - 593 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata p. 58 - 59 Sistem de uscareobligatoriu p. 58 - 59 Facilități de setaretemp p. 58 - 59 temperatura p. 58 - 59 eliberare automată a vaporilor racire rapidă p. 58 - 59 racire rapidă p. 58 - 59 Volum interior 24L Precizie timp de sterilizare 1 min Da Rafturi da, min. 3 tavi Da Regimuri de sterilizare5 p. 58 - 59 Temperatura de sterilizare121°C, 134°C Da p. 58 - 59 Gama de temperaturădiapazon minim 105 - 134 grade C p. 12 Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare p. 58 - 59 Înregistrator date obligatoriu p. 41 Tip datedata p. 41 timp p. 41 temperatura p. 41 presiune p. 41 Capacitatea rezervorului de apămin. 4 l p.20 Alimentare 220V, 50 Hz p.14	CE, ISO, Nr. RSDM: DM000845755		

Semnat:15 03 2026 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: 6, Vasile Lupu, or. Durlesti, Republica Moldova