

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –							
Numărul licitației:		LP 21394510 nr.ocds-b3wdp1-MD-1743775757975 din 04,04,2025						Data: „24” aprilie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 (REPETAT)							Pagina: 1 din 4
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	
33100 000-1	12	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus	Akreos AO AO60PLC	SUA	Bausch& Lomb	Acrylic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Acrylic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrică +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000558850

33100 000-1	14	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	BUNNY LENS AF EASY	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD	Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus - 5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000322508
----------------	----	--	--	--------------------------	--------	----------------------------------	---	---	-------------

33100 000-1	15	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.	BUNNY LENS AF EASY	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Pe suport, acrilic hidrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D până la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000322508
----------------	----	--	--	--------------------------	--------	----------------------------------	--	---	-------------

33100 000-1	16	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarc	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarc	SEELENS HP EASY	Israel	HANITA LENSES R.C.A LTD	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarc in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D - +30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarc in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	DM000322528
33100 000-1	25	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarc	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarc	Akreos AO AO60PLC	SUA	Bausch& Lomb	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarc in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 118.0 Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarc in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.	DM000558850

33100 000-1	29	Cristalin preincarc	Cristalin preincarc	877PAY	Ungaria	MEDICO NTUR MEDICAL ENGINEE RING LTD.	Cristalin preincarc, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarc cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	Cristalin preincarc, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra, Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D), Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) si +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D), Indice refractiv maxim 1.47, optica 6mm, haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°, Protectie PCO: 360° pe intreaga circumferinta a suprafetei optice, Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm, Sistem preincarc cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei, Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice, Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.	DM000362900
----------------	----	---------------------	---------------------	--------	---------	--	--	--	-------------

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Pereteatco Alina În calitate de: conducator

Ofertantul: LENSES GRUP SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Fierarilor 2