

# Kalibrierzertifikat Calibration Certificate

# Dräger

Seite 1 von 1  
Page 1 of 1

Auftraggeber  
Purchaser

Auftragsnummer  
Purchase Order No. 2200941267

Dräger Order Nr. (Kalibrierzertifikat-Nr.)  
Order No. (Calibration Certificate No.) 000062167236

| Menge<br>Quantity | Benennung<br>Description | Sach-Nr.<br>Part-No. | Fabrik-Nr.<br>Serial-No. |
|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                 | Alcotest 5820            | 8324921              | ARLL-0188                |

| Sensor<br>Sensor | Kalibriergas<br>Calibration Gas | Konzentration<br>Concentration    | Eingestelltes Gas<br>Displayed Gas | Analyse-Auftrags-Nr.<br>Analyse Order No. |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6813430          | LNE-Lösung                      | Sollwert<br>set value 396<br>µg/l | Nassgas<br>Wet Gas                 | ---                                       |

Fertigungstoleranz +- 3 %  
Production tolerance

Die Geräte wurden überprüft und die Messwerte entsprechen den Spezifikationen.  
Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf nationale Standards. Wo keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeitigen technischen Regeln und Normen.  
Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.

The instrument is tested and the measured values are in accordance to the specification.  
The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and are based on national standards. Should not exist any national standards the measure procedure corresponds with the technical regulations and norms.  
The documents established for this procedure are available viewing.

Datum  
Date 22.10.2018

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Qualitätsverantwortliche/r  
Unterschrift / Signature

3830  
002

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1  
23560 Lübeck, Deutschland  
Tel. +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
info@draeger.com  
www.draeger.com  
UID-Nr. DE812128834  
WEEE-Reg.-Nr. DE13636930

Bankverbindungen:  
Commerzbank AG, Lübeck  
IBAN DE29 2304 0022 0014 6803 00  
BIC COBADEFF230  
Deutsche Bank AG, Lübeck  
IBAN DE75 2307 0710 0030 2109 00  
BIC DEUTDEHH222

Sitz der Gesellschaft: Lübeck  
Handelsregister:  
Amtsgericht Lübeck HRB 4097 HL  
Komplementär:  
Dräger Safety Verwaltungs AG  
Sitz der Gesellschaft: Lübeck  
Handelsregister:  
Amtsgericht Lübeck HRB 5036 HL

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
Dräger Safety AG & Co. KGaA und  
Dräger Safety Verwaltungs AG:  
Professor Dr. Nikolaus Schweickart

Vorstand:  
Stefan Dräger (Vorsitzender)  
Thomas Engler  
Rainer Klug  
Gert-Hartwig Lescow  
Anton Schrofner