

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1756459700540	Data: 03/10/2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Biochimice conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2026		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3		5	6	7	8
3310 0000-1	76	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Strip-test la troponina I în ser (006479)	Test rapid Troponina I. (Codul produsului: P2067)	China	GENSURE BIOTECH INC.,	Strip-test la troponina I în ser (006479), Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%, Test	Strip-test la troponina I în ser (006479), Test la troponina I în ser de tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off), specificitatea minim 98,4%, Test IFU (pag.1-2) Facturare N20	DM000736879

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23