

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1709111640071</b> din <b>28.02.2024</b>						
Obiectul de achiziției: Servicii de verificare metrologică și etalonare a dispozitivelor medicale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>LOTUL – 1 Servicii de verificare metrologică și etalonare a dispozitivelor medicale</b>						
1.1.	Alcotest Drager 6820	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice/etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de	Aparat de măsurare a etanolului din aerul expirat (etilometre)
1.2.	Analizator: biochimic, imunologic, hematologic	Verificare periodică	MDA	CMAC		Analizator semiautomat
1.3.	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată până la 500 kg inclusiv-весаы	Verificare metrologică	MDA	CMAC		Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv)
1.4.	Aparat pu Fizioterapie	Verificare periodică	MDA	CMAC		Dispozitiv de fizioterapie
1.5.	Centrifuga de laborator	Verificare periodică	MDA	CMAC		Centrifuga de laborator
1.6.	Cronometru mecanic COC np-2b-2-000	Verificare periodică	MDA	CMAC		Cronometru (de 60 min)
1.7.	Defibriliator User Manual Life-Point Pro Biphasic	Verificare periodică	MDA	CMAC		Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă

1.8.	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (electronice)	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.9.	Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.10.	Dozator	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.11.	Electrocardiograf	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.12.	Hidrometru	Verificare metrologică	MDA	CMAC
1.13.	Monitor pentru pacient	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.14.	Pompa de infuzie (perfuzor) cu seringă, Bene Fusion SP3	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.15.	Pulsoximetru	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.16.	Sterilizator (Termostat)	Verificare periodică	MDA	CMAC
1.17	Ventilator pulmonar	Verificare periodică	MDA	CMAC

verificare metrologică/etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor pentru verificări metrologice/etalonare se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (automatic)	
Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive (mecanice)	
Dozator mecanic și electronic de laborator	
Electrocardiograf	
Higrometre și psihrometre	
Monitor de pacient	
Pompa de infuzie/ cu seringă	
Pulsoximetru / Pulsometru	
Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
Dispozitiv de respirație artificială și ventilator pulmonar	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Dorin ȘERBAN**

În calitate de: **Vicedirector**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28**