



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303
К/с 30101810700000000716

Филиал «ГАЗПРОМБАНК» (ОАО)
в г. Тула
ИНН 3234007127 БИК 047003716
КПП 320701001 ОКПО 29508133

Исх. № 2
от 09.01.2018г

ООО "Экохимия"
Республика Молдова
г. Кишинев

Доверенность производителя.

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «МиниМед» (241520, Российская Федерация, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А), являющееся производителем лабораторной посуды, красителей и изделий медицинского назначения, в лице директора Азбукина В.Р., уполномочивает ООО «Экохимия» (2060, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Куза Водэ, 5/1, оф. 403) представлять продукцию ООО «МиниМед» с правом реализации в открытых конкурсах по государственным закупкам на территории Республики Молдова.

Настоящим подтверждаем наши полные гарантии в отношении продукции, произведенной ООО «МиниМед», и предлагаемой к поставке через ООО «Экохимия».

Доверенность действительна до 31.12.2018г.

Директор ООО «МиниМед»

В.Р. Азбукин





ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-62, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2009/05559 от 21.08.2009 г.

Паспорт

Масло иммерсионное
ТУ 9398-011-29508133-2009

Серия:

Дата изготовления:

Срок годности – 1,5 года с даты изготовления.

1. Назначение

Используется для апохроматических и ахроматических объективов микроскопов всех видов, кроме люминесцентных, предназначенных для работы в видимой области спектра.

2. Технические требования

Наименование показателя	Характеристика и норма по ТУ	Результаты анализа
Внешний вид	Прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком	Соответствует
Удельный вес, г/см ³ при t = 20°C	0,91±0,01	0,92
Показатель преломления при t = 20°C	1,5150-1,5180	1,5152
Коэффициент пропускания света в слое масла толщиной 1 мм в спектр. диапазоне	500-720 нм - не менее 95%; 400-480 нм - не менее 92%	96
Вязкость при t = 20°C, мм ² /с	220-400	360

Иммерсионное масло легко удаляется с поверхности препарата, фронтальной линзы и оправы объектива; инертно к окрашенным и неокрашенным препаратам.

Упаковка – флаконы вместимостью 100,0 мл.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение - в упаковке предприятия-изготовителя в прохладном месте при относительной влажности воздуха не более 80% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред в течение всего срока годности.

4. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества масла иммерсионного требованиям ТУ 9398-011-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ОТК

Захаров А.И.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ФСР 2009/05559

от 21 августа 2009 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

ООО "МиниМед", Россия, 241520, Брянская обл., Брянский район,
п. Супонево, пер. Комсомольский, д. 4

и подтверждает, что изделие медицинского назначения

Набор реагентов "Масло иммерсионное" по ТУ 9398-011-29508133-2009
производства

ООО "МиниМед", Россия, 241520, Брянская обл., Брянский район,
п. Супонево, пер. Комсомольский, д. 4

класс потенциального риска 1

ОКП 93 9816

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 28993 от 18.06.2009

приказом Росздравнадзора от 21 августа 2009 года № 6726-Пр/09
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

006242

Паспорт качества

Изготовитель: "Loba Chemie" (Индия)

Метиленовый голубой

"чда"

C.I. 52015


Международное название: N,N,N',N'-тетраметилтионина хлорид;

Название	Метиленовый голубой
Молекулярная формула	$C_{16}H_{18}ClN_3SxH_2O$
Молекулярный вес (М.В.)	319,859 гр/моль
CAS номер	61-73-4
Артикул	04646
Номер партии	A159811503
Дата изготовления	Март 2015
Использовать до	Февраль 2020

Описание	Нормативы	Результаты
Внешний вид	Тёмно-зелёный порошок	Тёмно-зелёный порошок
Содержание основного вещества	95,0-101,0%	97,03 %
Идентификационный тест	Тест пройден	Тест пройден
Растворимость	Тест пройден	Тест пройден
Не растворимые в метиловом спирте вещества	Макс 1,0%	0,9%
Примеси	Тест пройден	Тест пройден
Железо (Fe)	Макс 0,01 %	0,01%
Свинец (Pb)	Макс 0,001%	0,00007%
Цинк (Zn)	Макс 0,001%	0,001%
Потеря при высушивании (105°C, 18 часов)	8,0-22,0%	15,69%
Сульфатированная зола (600°C)	Макс 0,25%	0,19 %

Продукт соответствует требованиям ТУ 6-09-2979, квалификации «чда».

Контролёр ОТК





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 января 2016 года № ФСР 2011/11337

На медицинское изделие

Краситель - фиксатор Эозин метиленовый синий типа Лейшмана (МиниМед-Л)
по ТУ 9398-005-29508133-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"),
Россия, 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед" (ООО "МиниМед"),
Россия, 241520, Брянская обл., Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский,
д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9730/51842 от 24.12.2015

Вид медицинского изделия 174830

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 11 января 2016 года № 5
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0016977

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/11337 от 15.07.2011 г.

Паспорт

**Краситель-фиксатор Эозин метиленовый синий
типа Лейшмана (МиниМед-Л)
ТУ 9398-005-29508133-2011**

Серия
Дата изготовления
Размер партии

Срок годности – 1 год с даты изготовления.

1. Назначение

Предназначен для предварительной окраски и фиксации препаратов крови.

2. Технические требования

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид	Сиропообразная жидкость темно-синего цвета	
2. Время наступления окраски мазка (при разведении красителя 1:1), мин, не более	15	
3. Окраска форменных элементов крови	- эритроциты – розовые с серым оттенком, бежево-коричневые; - ядра лейкоцитов – фиолетовые; - цитоплазма лимфоцитов – голубая, серо-голубая; - цитоплазма нейтрофилов – бледно-розовая, серо-розовая; - зернистость нейтрофилов – фиолетовая, красно-фиолетовая; - зернистость эозинофилов – желто-оранжевая, розово-фиолетовая; - зернистость базофилов – фиолетовая; - тромбоциты – розово-фиолетовые, розово-синие-фиолетовые	

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование красителя-фиксатора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре от 0 до 25°C в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Краситель следует хранить при температуре от +5° до +25°C в темном месте, вдали от кислот и щелочей в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие красителя-фиксатора эозин метиленового синего типа Лейшмана требованиям ТУ 9398-005-29508133-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ПТО



Захаров А.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 декабря 2015 года № ФСР 2011/11306

На медицинское изделие

Краситель Азур-Эозин по Романовскому (МиниМед-Р)
по ТУ 9398-003-29508133-2011

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"

(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "МиниМед"

(ООО "МиниМед"), Россия,

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А

Место производства медицинского изделия

241520, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, пер. Комсомольский,
д. 7, корп. 2-а

Номер регистрационного досье № РД-9275/51846 от 18.11.2015

Вид медицинского изделия 232730

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 07 декабря 2015 года № 9111/
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0015715



поставщик лабораторий

ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@ntinimed.ru

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/11306 от 07.12.2015 г.

Паспорт

Краситель Азур-эозин по Романовскому (МиниМед-Р)
ТУ 9398-003-29508133-2011

Серия
Дата изготовления
Размер партии

Срок годности – 1 год с даты изготовления.

1. Назначение

Предназначен для окрашивания форменных элементов крови.

2. Технические требования

Наименование показателя	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Внешний вид		
1.1. Краситель	Темно-синяя сиропообразная жидкость без нерастворимых примесей	
1.2. Буфер фосфатный	Прозрачная бесцветная жидкость	
2. Плотность раствора красителя при комнатной температуре $20 \pm 2^\circ\text{C}$, г/см ³	1,000 – 1,100	
3. Время наступления окраски мазка (при разведении красителя 1:19), мин, не более	50	
4. Окраска форменных элементов крови	- эритроциты – розовые с серым оттенком, бежево-коричневые; - ядра лейкоцитов – фиолетовые; - цитоплазма лимфоцитов – голубая, серо-голубая; - цитоплазма нейтрофилов – бледно-розовая, серо-розовая; - зернистость нейтрофилов – фиолетовая, красно-фиолетовая; - зернистость эозинофилов – желто-оранжевая, розово-фиолетовая; - зернистость базофилов – фиолетовая; - тромбоциты – розово-фиолетовые, розово-сине-фиолетовые	

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование красителя-фиксатора должно проводиться всеми видами крытого транспорта при температуре от 0 до 25°C в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Краситель следует хранить при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$ в темном месте, вдали от кислот и щелочей в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие красителя азур-эозина по Романовскому требованиям ТУ 9398-003-29508133-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Начальник ПТО



Захаров А.Н.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2011/11883

от 09 сентября 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
ООО "Полимерные изделия",
Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сайдашева, д.12

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
(изделие медицинской техники)

Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛПП
по ТУ 9452-156-05519988-2006 в следующих исполнениях:

- ШЛПП-10;
- ШЛПП-20;
- ШЛПП-40

производства
ООО "Полимерные изделия",
Россия, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сайдашева, д.12

классе потенциального риска I

ОКП 94 5240

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 29967 от 28.07.2011

приказом Росздравнадзора от 09 сентября 2011 года № 5778-Пр/11
разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова



014344



ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Руководителю организации

ПИСЬМО

Сообщаем Вам, что медицинские изделия «Штативы лабораторные полимерные для пробирок ШЛП», прошедшие государственную регистрацию в Росздравнадзоре РФ и внесенные в государственный реестр с кодом ОКП 94 5240, не входят в перечень изделий, которые подлежат обязательной сертификации на основании приказа «Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» от 22 июля 2004 г. №7 (приложение №1).

Главный инженер
ООО «Полимерные изделия»



Юсупов Б.Н.



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ФГУ "ЦГСЭН в Республике
Татарстан"



Код формы по ОКД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303/02-3/у
Утверждена приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Республике Татарстан
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 16.11.02.945.П.000069.01.04 ОТ 28.01.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции;
продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Штативы для пробирок полимерные ШПП-02

изготовленная в соответствии
ТУ 9452-156-05519988-2003

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

"Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их
переработке" № 4783-88

Организация — изготовитель
ООО "Полимерные изделия", 420022, РТ, г.Казань, ул.С.Сайдашева, 12, тел: 78-23-05 (РФ)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Полимерные изделия", 420022, РТ, г.Казань, ул.С.Сайдашева, 12, тел: 78-23-05 (РФ)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,
проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 16.52.02.523.М.000.003.01.03 от 13.01.2003г. на
производство и реализацию изделий медицинского и хозяйственного назначения из пластмасс ЦГСЭН
по Приволжскому району г.Казани; протокол исследования ИЛЦ ФГУ "ЦГСЭН в РТ" № 440 от
14.04.2003г.; заключение ФГУ "ЦГСЭН в РТ" "О проведении контроля устойчивости к дезинфекции"

№ 0450702

