

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Seturilor chirurgicale pentru blocul de operație conform necesităților IMSP
Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2024
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV: 3310000-1

Nr.lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Suma fără TVA
1	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil	150	SET	<p>Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:</p> <p>1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm (± 2 cm), aria de incizie transparentă 30 x 20 cm (± 2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m². Pictograme pentru ghidare.</p> <p>2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m².</p> <p>3) 2 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.</p> <p>4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m²; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.</p> <p>5) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30 g/m² cu capacitatea de absorbtie minim 2 g/dm².</p> <p>6) 2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbtie în zona critică minim 2 g/m² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.</p> <p>7) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0,5 m.</p> <p>8) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x 5 cm (± 1 cm)</p> <p>9) 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.</p> <p>10) 2 buc.: Mânere pentru lampa de operație.</p>	394,785.00

				11) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofîl, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (± 2 mm).	
				12) 1 buc.: Bisturiu jetabil N15.	
				13) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22.	
				14) 1 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie si aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.	
				15) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risic biologic”.	
				16) 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.	
				17) 1 buc.: Forceps jetabil cu virf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	
				19) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.	
				Documente solicitate:	
				1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	
				2) Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
				3) Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil.	
				4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	
				5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
				6) Mostre la solicitare.	
2	Set câmpuri operații spinale steril jetabil	100	SET	Set câmpuri operații spinale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	243,190.00
				1) 3 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 5 cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m ² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în	

		zona critică minim 2 g/m ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	
		2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m ² . Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/m ² . Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.	
		3) 4 buc.: Șervețele absorbante din celuloza 20 x 25 cm (± 2 cm). Șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.	
		4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m ² ; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației.	
		5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv 175 x 175 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² . Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.	
		6) 1 buc.: Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240 x 150 cm (±2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² . Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Pictogramă pentru ghidare.	
		7) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima in set, deasupra celorlalte câmpuri si accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m ² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm ² .	
		8) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0,5m.	
		9) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5 x 5 cm (± 1 cm).	
		10) 3 buc.: Seringa 20 ml, Luer lock.	

		11) 2 buc.: Mânere sterile pentru lampa de operație.	
		12) 1 buc.: Film de incizie transparent, adeziv, dimensiuni 30 x 26 cm (\pm 2 cm), zona adeziva 30 x 20 cm, din poliuretan minim 25 mcm grosime.	
		13) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material neșesut, fără scame, hidrofîl, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40 mm (\pm 2 mm).	
		14) 1 buc.: Bisturiu jetabil N11.	
		20) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. (Să poate N20 sau 21, dacă problema, lăsăm așa)	
		15) 2 buc.: Buzunar cu banda adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35 x 40 cm, din polietilenă minim 80 mcm grosime.	
		16) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta “risc biologic”.	
		17) 1 buc.: Husa pentru C-arm 140 cm (\pm 2 cm).	
		18) 1 buc.: Husa microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare.	
		19) 1 buc.: Forceps jetabil cu vîrf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design drept, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare.	
		21) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.	
		Documente solicitate:	
		1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	
		2) Declarație de conformitate CE conform Directivei 93/42/CEE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
		3) Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 valabil.	
		4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	

				5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
				6) Mostre la solicitare.	
3	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil	50	SET	Set pentru osteosinteză maxilo-facială, steril jetabil componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	65,000.00
				1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm): 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 25g/m ² și polietilenă minim 60 mcm. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	
				2) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300 cm (± 2 cm), aria de incizie transparentă 30 x 20 cm (± 2 cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă superabsorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² . Pictograme pentru ghidare.	
				3) 2 buc.: Halat chirurgical standard, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m ² , cu manjete de poliester; lungimea de la umăr pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60cm; mîneca cusută cu laser.	
				4) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150 x 190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m ² .	
				5) 1 buc.: Halat chirurgical standard, mărime L, din material neșesut SMS minim 40g/m ² , cu manjete de poliester; lungimea de la umăr pînă la poale 135cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 55 cm; mîneca cusută cu laser.	
				6) 2 buc.: Bol 120 ml, transparent	
				7) 1 buc.: Bol gradat 250 ml, albastru	
				8) 3 buc.: Stripuri adezive pentru plagă fină 12 x 100 mm	
				9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.	
				10) 1 buc.: Container cu capac, 120 ml, transparent.	
				11) 1 buc.: Canulă de aspirație tip Yankauer 121 buc.: CH	

				12) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10x50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m ² .	
				13) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 4-0, lungime 45cm.	
				14) 1 buc.: Bisturiu N15	
				15) 1 buc.: Bol renal 800 ml	
				16) 1 buc.: Seringă 10 ml Luer lock	
				17) 2 buc.: Seringă 20 ml Luer lock	
				18) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici miinim 2 x 30 cm.	
				19) 1 buc.:Cîmp pentru pacient, absorbant, dimensiuni 175 x 175cm (± 2 cm), cu bord adeziv pe o margine; zonă absorbantă pe toată suprafața, compus din minim 3 straturi: a) strat confort pentru pacient, din polipropilen minim 10g/m ² ; b) strat de polietilenă de minim 40 mcm grosime; c) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m ² . Se va exclude adezivul din lipici cu fața dublă. Capacitatea de absorbtie – minim 1 g/dm ² .	
				Documente de calificare:	
				1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	
				2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
				3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil.	
				4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	
				5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
				6) Mostre la solicitare.	
4	Set operații coxo-femorale, steril, jetabil	350	SET	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	805,000.00
				1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 15 x 20cm (± 3 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm (± 2 cm), ambii saci cu robineti; zonă superabsorbantă și rezistență la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci p/u instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbantde viscoză și poliester minim 30g/m ² pe toată suprafața; b) strat impermeabil	

		100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester minim 50g/m ² în zona critică; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.	
		2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm). Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.	
		3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m ² .	
		4) 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m ² și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	
		5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 80 x 190 cm (± 5 cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² .	
		6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190 cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m ² .	
		7) 1 buc.: Stockinet 30 x 120 cm (± 2 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.	
		8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2 cm), pe baza de acrilat.	
		9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material neșesut celuloză cu poliester 68g/m ² , cu manjete de poliester; lungimea de la umăr pînă la poale minim 120 cm; regiunea toracală minim 53cm, mîneca cusută cu laser.	

				10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mâneci, mărime XL, din material neșesut SMS minim 40g/m ² , cu manjete de poliester; lungimea de la umar pînă la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60 cm; ranforsare: față – minim 50 x 100 cm, mîneacă – minim 40cm; mîneca cusută cu laser.	
				11) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.	
				12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 50 x 50 cm (± 5 cm)	
				13) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea speci­menelor, volum minim 500 ml.	
				14) 1 buc: Sușinător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm.	
				15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm.	
				16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm.	
				17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbtie minim 10 x 20cm, capacitate de absorbtie – minim 6 g/10cm ² /24 h (conform standardului EN13726).	
				18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate.	
				Documente de calificare:	
				1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	
				2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
				3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil.	
				4) Documente confirmative: Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	
				5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
				6) Mostre la solicitare.	
5	Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală)	250	SET	Acute thoracic set (chirurgie Toracică și chirurgie Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	212,500.00

		1) 1 buc.: Câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (\pm 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (\pm 5 cm), din viscoză minim 40g/m ² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	
		2) 6 buc.: Ștergare pentru mâini, 20 x 25 cm (\pm 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS.	
		3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (\pm 5cm), impermeabil.	
		4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (\pm 2cm).	
		5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (\pm 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide.	
		6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (\pm 2cm), transparent, cu lipici, detașabil.	
		7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm (\pm 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm ² ; cu lipici pe toată suprafața.	
		8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (\pm 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (\pm 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafata, în zona critică 50 x 140 cm(\pm 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m ² ; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m ² . Film de incizie integrat, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (\pm 3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele.	
		9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm (\pm 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m ² .	
		Documente de calificare:	
		1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	

				2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
				3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil.	
				4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. În oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	
				5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
				6) Mostre la solicitare.	
6	Set steril p/u implant la genunchi	500	SET	Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	600,000.00
				1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m ² ; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m ² ; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.	
				2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m ² . Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm ² . Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.	
				3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime.	
				4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat.	
				5) 1buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m ² și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în	

			zona critică minim 2 g/dm ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	
			6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 micrometri grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m ² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm ² ;	
			7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.	
			8) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.	
			9) 1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea specimenelor, volum minim 500 ml.	
			10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate.	
			Documente de calificare:	
			1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	
			2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
			3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil.	
			4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. În oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	
			5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
			6) Mostre la solicitare.	
7	Set steril artroscopie genunchi	70	Set steril artroscopie genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual:	73,822.00
			1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 micrometri grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m ² ; în zona critică - strat suplimentar	

		absorbant de viscoză minim 20 g/m ² ; fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele.	
		2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m ² , d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m ² . Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm ² . Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă.	
		3) 2 buc.: Sac detașabil transparent, cu bandă adezivă, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime.	
		4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat.	
		5) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145 cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m ² și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm ² (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare.	
		6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m ² cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm ² - 1 buc;	
		7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide.	
		9) 1 buc.: Marker pentru piele, standard.	
		10) 1 buc.: Husă pentru camera video endoscopică, dimensiuni minim 18 x 250 cm, din polietilenă transparentă de minim 55 mcm, cu lipici pentru fixație la ambele capete.	
		11) 1 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu legători la spate.	
		Documente de calificare:	
		1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil.	

				2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabilă.	
				3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil.	
				4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit. In oferta se vor indica codurile pentru fiecare poziție propusă pentru a putea fi identificate conform catalogului prezentat.	
				5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare.	
				6) Mostre la solicitare.	
8	Mănuși sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g)	500	pereche	Mănuși sterile, nepudrate N8,0 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere , AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	11,350.00
9	Mănuși sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.5 (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g)	250	pereche	Mănuși sterile, nepudrate N8,5 - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere , AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)).	5,675.00
10	Mănuși sterile, nepudrate din cauciuc deproteinizat mărimea 8.0 (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g)	140	pereche	Mănuși chirurgicale N8,0 nepudrate, din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 20 mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea instrumentelor grele; rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere , AQL – nu mai mare de 0,65.	3,178.00
11	Halate de unica folosinta cu legaturi	50000	Bucată	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau	485,500.00

				<p>certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura - cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională)</p>	
12	Șorț protector nesteril din polietilenă	25000	Bucată	<p>De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140 cm (+-10 cm), latime 80 cm (+-5 cm), densitatea 40 g/m², din polipropilenă laminată rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame</p>	47,500.00
					2,947,500.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Termenul de livrare: **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului**, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024.

Locul livrării bunurilor – conform listei de distribuție atașate în sistemul SIA RSAP.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Ne prezentarea documentelor enumerate și ne completarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

		<p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta</p>	DA

		<p>ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</p>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</p>	DA
<p><u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u></p>			
<p>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p>			
<p><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u></p>			
<p><u>Cerinte de calificare obligatorii</u></p>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	<p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	DA

9	Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <u>Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la ofertant	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA

13	Declarație mostre	<p>Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p>	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DA
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	DA
16	<u>Garanția de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p>	DA

		<p>1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</p> <p>2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>3. Codul fiscal: 1016601000212</p> <p>4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p> <p>5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025</u></p>	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitația electronică, trei runde, pasul minim conform platformei electronice de achiziție.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 20.10.2023
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 20.10.2023
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza

Plățile electronice	Se va utiliza
---------------------	---------------

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG