

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa I, pentru anul 2019

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prod u- cĂtor ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33000000-0	Lot 22. Kit de mentenanță pentru 600 de cicluri pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D	S130D PM KIT-1	Korea	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Kit de mentenanță pentru Renosem S130D, pentru 600 cicluri	CE/ISO
33000000-0	Lot 23. Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri Sterilizator cu plasma Reno-130D	S130D PM KIT-2	Korea	Renosem	Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D, Garanție 12 luni, inclusiv instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Kit de mentenanță pentru Renosem S130D, pentru 1200 cicluri	CE/ISO
33000000-0	Lot 47. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W	64627	Germania	Osram	Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic <i>ZEISS OPMI Lumera i</i> . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampă 12V 100W cu reflector compatibil cu microscop Carl Zeiss OPMI Lumera I	CE/ISO

33000000-0	Lot 53. Lampa Xenon 100W pentru KARL STORZ Xenon 100 SCB	XBO R 100W/45C	Cehia	Osram	Compatibil cu surse de lumina endoscopice KARL STORZ <i>Xenon 100 SCB</i> . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampa Xenon 100W, compatibila cu sursa de lumina Karl Storz Xenon 100SCB, timpul de lucru garantat 500 ore.	CE/ISO
33000000-0	Lot 54. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500	E150AF/ 150W SPECIAL DESIGN MINI CERMAX	SUA	Excelitas	Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON <i>EPX-2500</i> . Timpul de lucru ≥ 500 h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampa Xenon compatibila cu sursa de lumina endoscopice FUJINON <i>EPX-2500</i> .	CE/ISO .
33000000-0	Lot 78. Lampă pentru microscop	64250	Germania	Osram	Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață min 100 h. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Lampa Halogen, G4, 6V/20W. Durata de viață cel puțin 100 h	CE/ISO
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anastasia Latisev În calitate de: Director

Ofertantul: Edelmed Adresa: Chisinau, bd-ul Traian 1/1 of 80