



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de catre autoritatea contractanta – in coloanele 1, 5]

Numarul licitatiei: COP nr. 21130803	Data: "28" Decembrie 2023
Denumirea licitatiei: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, serviciilor de deservire și mentenanța la generatoarele (ESE460, ESE65), serviciilor de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar.	

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot.1 Mentenanța stației de producere a oxigenului medical						
1	Generator de oxigen	POC 8300-MED	Germania	Inmatec	Schimbare elemente filtrante: - P-SRFO 04/20 filtru steril	Schimbare elemente filtrante: - P-SRFO 04/20 filtru steril	
2	Generator de oxigen	POC 8300-MED	Germania	Inmatec	- Analizator Zirconiu 0-96% (fiecare 2-3 ani sau la necesitate)	- Analizator Zirconiu 0-96% (fiecare 2-3 ani sau la necesitate)	
3	Compresor de aer	ASD60/12 bar	Germania	Kaeser	KIT C: - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Filtru separator 1 - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)	KIT C: - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Filtru separator 1 - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L)	

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					- Kit întreținere supapă reținere - Kit întreținere supapă admisie - Kit întreținere supapă comanda aerisire - Kit întreținere supapă termostatică - Kit întreținere supapă golire - Rulmenți cu bile motor – ventilator 2 - Kit service Unit Eco-drain 31 Vario Alte lucrări: - Gresarea rulmenților - Verificarea cuplajului elastic - Verificarea scurgerilor de ulei - Verificarea termostatlui electronic ETC - Curățarea compresorului și radiatorului - Demontarea / curățarea / ungerea supapelor admisie. Presiune și Sens. - Resetarea orelor de mentenanță - Verificarea și resetarea SIGMA Control	- Kit întreținere supapă reținere - Kit întreținere supapă admisie - Kit întreținere supapă comanda aerisire - Kit întreținere supapă termostatică - Kit întreținere supapă golire - Rulmenți cu bile motor – ventilator 2 - Kit service Unit Eco-drain 31 Vario Alte lucrări: - Gresarea rulmenților - Verificarea cuplajului elastic - Verificarea scurgerilor de ulei - Verificarea termostatlui electronic ETC - Curățarea compresorului și radiatorului - Demontarea / curățarea / ungerea supapelor admisie. Presiune și Sens. - Resetarea orelor de mentenanță - Verificarea și resetarea SIGMA Control	
4	Compresor de aer	ASD60/12 bar	Germania	Kaeser	KIT A (la solicitare, necesar la sfârșit de an): - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte lucrări: - Gresarea rulmenților - Verificarea cuplajului elastic - Verificarea scurgerilor de ulei	KIT A (la solicitare, necesar la sfârșit de an): - Plase filtrante 2 - Filtru de Ulei 1 - Filtru de aer 1 - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 10L) - Ulei Sigma fluid MOL (Canistra de 5L) Alte lucrări: - Gresarea rulmenților - Verificarea cuplajului elastic	

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					- Verificarea termostatlui electronic ETC - Curățarea compresorului și radiatorului - Demontarea / curățarea / ungerea supapelor admisie. - Presiune și Sens. - Resetarea orelor de mentenanță - Verificarea și resetarea SIGMA Control - Verificarea și ajustarea tensiunii de intrare	- Verificarea scurgerilor de ulei - Verificarea termostatlui electronic ETC - Curățarea compresorului și radiatorului - Demontarea / curățarea / ungerea supapelor admisie. - Presiune și Sens. - Resetarea orelor de mentenanță - Verificarea și resetarea SIGMA Control - Verificarea și ajustarea tensiunii de intrare	
5	Compresor de aer	ASD60/12 bar	Germania	Kaesar	Cuplaj elastic la fiecare 15 mii ore	Cuplaj elastic la fiecare 15 mii ore	
6	Uscător de aer	ACT 55	Italia	Friulair	1) Mașina curată: *Verificați strângerea tuturor șuruburilor sistemului electric și dacă toate "Deconectarea-File" conexiunile de tip sunt în poziția lor corectă, inspectați unitatea pentru fire rupte, crăpate sau goale. *Verificați circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei și agent frigorific. *Măsurați și înregistrați amperajul. Verificați dacă citirile se încadrează în parametrii acceptabili ca enumerate în tabelul cu specificații. *Inspectați furtunurile flexibile și înlocuiți-le dacă este necesar. *La sfârșit, verificați funcționarea mașinii. 2) Condensatorul Desfacere / Curățare	1) Masina curatata: *Verificati strangerea tuturor suruburilor sistemului electric si daca toate "Deconectarea-File" conexiunile de tip sunt in pozitia lor corecta, inspectati unitatea pentru fire rupte, crapate sau goale. *Verificati circuitul frigorific pentru semne de scurgere de ulei si agent frigorific. *Masurati si inregistrati amperajul. Verificati daca citirile se incadreaza in parametrii acceptabili ca enumerate in tabelul cu specificatii. *Inspectati furtunurile flexibile si inlocuiti-le daca este necesar. *La sfarsit, verificati functionarea masinii. 2) Condensatorul Desfacere / Curățare	

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

7	Turn cărbune EVO37+Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automată Ethadrian TRIM1	Turn cărbune EVO37+Indicator Ulei rezidual A-4000-120. Purja automată Ethadrian TRIM1	Italia	Ethafiltru	Schimbare carbune activ (cod.74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore) cod. A-4000-121 Mentenanata purja automata (kit service purja)	Schimbare carbune activ (cod.74C)+ Indicatorul de ulei (2 ani sau 9000 ore) cod. A-4000-121 Mentenanata purja automata (kit service purja)	
8	Rezervor de aer 2000L	212 Vertial	Italia	Sicctech	Verificare Scurgeri Verificare purjă automată	Verificare Scurgeri Verificare purjă automată	
9	Rezervor de oxigen 1000L	212 HP Vertical	Italia	Sicctech	Verificare Scurgeri	Verificare Scurgeri	
10	Panou electric	-	-	-	Verificare panou electric Schimbare siguranțe	Verificare panou electric Schimbare siguranțe	

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul licitatiei: COP nr. 21130803	Data: "28" Decembrie 2023
Denumirea licitatiei: Mentenanța stației de producere a oxigenului medical, serviciilor de deservire și mentenanța la generatoarele (ESE460, ESE65), serviciilor de deservire tehnică a utilajului din blocul alimentar.	

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50800000-3		Lot 1 – Mentenanța stației de producere a oxigenului medical						
	1	Generator de oxigen Model POC 8300-MED	Buc.	1	16.452,00	19.742,40	16.452,00	19.742,40
	2	Generator de oxigen Model POC 8300-MED	Buc.	1	54.000,00	64.800,00	54.000,00	64.800,00
	3	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	Buc.	1	80.700,00	96.840,00	80.700,00	96.840,00
	4	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	Buc.	1	30.990,00	37.188,00	30.990,00	37.188,00
	5	Compresor de aer Model ASD60/12 bar	Buc.	1	13.802,00	16.562,40	13.802,00	16.562,40

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

6	Uscator de aer Model ACT 55	Buc.	1	2.450,00	2.940,00	2.450,00	2.940,00
7	Turn carbune EVO37 + Indicator Ulei rezidual A-4000-120 Purja automata Ethadrian TRIM1	Buc.	1	17.050,00	20.460,00	17.050,00	20.460,00
8	Rezervor de Aer 2000L (Model 212 Vertical)	Buc.	1	1.240,00	1.488,00	1.240,00	1.488,00
9	Rezervor de Oxigen 1000L (Model 212 HP Vertical)	Buc.	1	850,00	1.020,00	850,00	1.020,00
10	Panou electric	Buc.	1	1.450,00	1.740,00	1.450,00	1.740,00
TOTAL						218.984,00	262.780,80

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Razvan Carstocea In calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piata Dimitrie Cantemir 1, mun. Chisinau