

Anexa nr. 22 – Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1732194437366 din 22.11.2024							
Obiectul achiziției: <u>Servicii de verificare periodică (metrologică) a dispozitivelor medicale pentru anul 2024</u>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lotul 1. Analizatoare: BC-3600; SA-20;BA-400; U-500	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 1. Analizatoare: BC-3600-1un.; SA-20-1un.; BA-400 - 1un.; U-500 – 7un.	-Analizator hematologic – 1 buc. -Analizator automat – 1 buc. -Analizator semiautomat – 1 buc. -Urometru – 7 buc.	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
2.	Lotul 2. Analizatoare: StatFax 4700	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 2. Analizatoare: StatFax 4700	Analizator semiautomat	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
3.	Lotul 3. Centrifugi de laborator: BKC-TLIV; CM-6MT	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 3. Centrifugi de laborator: BKC-TLIV - 2un.; CM-6MT -9 un.	Centrifugă de laborator	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
4.	Lotul 4. Aprate de cântărit cu funcționare neautomată						
4.1.	Copii: BMƏ-1-15M,RomedBS-20kg,RGZ-20A, Gima-20kg,BeuerBY-80	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Copii: BMƏ-1-15M; RomedBS-20kg; RGZ-20A; Gima-20kg; BeuerBY-80	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată, pînă la 500 kg inclusiv <i>(Verificarea metrologică se va efectua numai pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal)</i>	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
4.2.	Maturi: RGT-140,Fazzini S7550, Fazzini S 7200 HR,Fazzini-200kg,MC-660,RGZ-200, TCS-200-RT; ADE-200, ПД-160	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Maturi: RGT-140;Fazzini S7550; Fazzini S7200 HR; Fazzini-200kg;MC-660;RGZ-200; TCS-200-RT; ADE-200; ПД-160	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată, pînă la 500 kg inclusiv <i>(Verificarea metrologică se va efectua numai pentru aparatele de cântărit cu funcționare neautomată incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal)</i>	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
5.	Lotul 5. Balanțe electronice (HT-600NA, AD-1000)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lotul 5. Balanțe electronice (HT-600NA, AD-1000)	-Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, p-u fiecare interval de măsurare) -Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (ajustare)	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare

6.	Lotul 6. Cronometru mecanic	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotu 6. Cronometru mecanic de 60 min	Cronometru mecanic (de 60 min)	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
7.	Lotul 7. Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 7. Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive mecanice	Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive mecanice	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
8.	Lotul 8. Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizare ПIOTOK, STRIAT, Refton, Tonus, Radius, Electroson	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 8. Dispozitiv fizioterapeutic de galvanizare ПIOTOK, STRIAT, Refton, Tonus, Radius, Electroson	Dispozitiv de fizioterapie	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
9.	Lotul 9. Dozator medical de laborator	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 9. Dozator medical de laborator	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
10.	Lotul 10. Electrocardiograf IE-300, SE-300, Cardiete ar 600adv, Contec-300GT	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 10. Electrocardiograf IE-300, SE-300, Cardiete ar 600 adv, Contec-300GT	Electrocardiograf	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
11.	Lotul 11. Higrometru psihrometric (VIT-1, VIT-2)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lotul 11. Higrometru psihrometric (VIT-1, VIT-2)	Higrometre și psihrometre	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
12.	Lotul 12. Pulsoximetru PC-60N, JZK-301T, H100b Edan	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 12. Pulsoximetru PC-60N, JZK-301T, H100b Edan	Pulsoximetru/ Pulsometru	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
13.	Lotul 13. Sterilizator cu aer uscat ПI-40 MO, DOV53A, OT32VS, JP Selecta, TC- 80M-2, TC1/80 CИY, TCБJI-80	Verificare periodică	MDA	CMAC	Lotul 13. Sterilizator cu aer uscat ПI-40 MO, DOV53A, OT32VS, JP Selecta, TC-80M-2, TC1/80 CИY, TCБJI-80	Sterilizatoare cu aer uscat și sterilizatoare cu aburi (autoclave) (cu aer uscat)	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare
14.	Lotul 14. Termometru din sticlă cu lichid	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Lotul 14. Termometru din sticlă cu lichid de tip TC-7-M1	Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice valoarea diviziunii $\geq 0,2$ °C	Certificat de acreditare/ certificat de desemnare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Anatolii BESCUPSCHI** În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”** Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**