

CERTIFICAT DE CONTROLE / CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERELISA BLV AB MONO INDIRECT

REFERENCE : ASBLV3

BATCH NUMBER : 15 SBLV3 57

Lot N° :

MANUFACTURING DATE : 03.02.2015

EXPIRY DATE : 27.05.2016

Fabrication le :

Péremption :

FINAL PRODUCT TESTING
Contrôle du produit

IN HOUSE CONTROLS / CONTROLES INTERNES	TECHNIQUE	RESULTS / RESULTATS
ASPECT	F182	PASSED / SATISFAISANT
ACTIVITY / ACTIVITE	F182	PASSED / SATISFAISANT
* Homogeneity / Homogénéité On positive serum / Sur sérum positif Plate / Plaque 1 : Mean Optical Density / Densité Optique Moyenne Variation coefficient (%) / Coefficient de variation (%) Plate / Plaque 2 : Mean Optical Density / Densité Optique Moyenne Variation coefficient (%) / Coefficient de variation (%) * Detectability / Délectabilité On official positive standard serum / Sur sérum Etalon de référence * Specificity / Spécificité On negative sera / Sur sérums négatifs * Sensibility / Sensibilité On positive sera / Sur sérums positifs	F080 F095 F095 F095	1.188 7.0 % 1.247 4.4 % PASSED / SATISFAISANT PASSED / SATISFAISANT PASSED / SATISFAISANT

CONCLUSION :

PRODUCT MEETS SYNBIOTICS EUROPE REQUIREMENTS
PRODUITS CONFORMES AUX SPECIFICATIONS SYNBIOTICS EUROPE

Lyon, le 11.02.2015

Bruno CLUZEL
Managing Director
Directeur Général

P.O. A. AIRAULT
RA Manager