

IMSP Policlinica de Stat

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție 21158051 din 06.02.24						
Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 7. Reagenți și consumabile de laborator pentru determinarea urogramei Compatibili cu Analizatorul Uryxxon Relax						
Medi-Test Combi 11	Medi-test Combi11,93060	Germania	Macherey-Nagel	Teste compatibile cu analizatorul Uryxxon Relax sau echivalent. Împachetare (1x100teste)	Teste compatibile cu analizatorul Uryxxon Relax sau echivalent. Împachetare (1x100teste) Medi-test Combi11 Urine test , 100 teste, 93060	ISO,CE
Lotul 19 Capilare Pancenco sterile						
Capilare Pancenco sterile	Pipeta serologica 1 ml, ambalaj individual, 640601, Boen	China	BOEN	Capilare Pancenco sterile ambalate individual pentru determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic	Pipeta serologica 1 ml, ambalaj individual, 640601, Boen	ISO
Lotul 14 Eprubetă vacuum hematologie(vacutainer K2 EDTA 3ml)						
Eprubetă vacuum hematologie(vacutainer K2 EDTA 3ml)	prubeta vacuumata cu K3EDTA 3 ml, 13x75 mm, 30201, Aptaca	Italia	APTACA	1.Vacutainer HEMATOLOGIE K3 EDTA (Vol.3ml;13x75mm) capac mov. Tubul din plastic dispune de vid premăsurat . 2. material: PET *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă *În cazul în care produsul nu se clasifică ca fiind dispozitiv medical se va prezenta certificat de conformitate CE corespunzător cu tipul produsului.* Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulare intențională	Conform cerintelor. Eprubeta vacuumata cu K3EDTA 3 ml, 13x75 mm, 30201, Aptaca. Conform specificației. Este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale Rg04-000008	ISO,CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „,GBG-MLD” SRL Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2 tel/fax: (022) 54 73 73.