

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1742219055448							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea stativelor pentru perfuzii							
Autoritatea contractantă: IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)							
Denumirea bunurilor		Denumirea modelului bunului/	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Nr d/o	1	2	3	4	5	6	7
1	Stative pentru perfuzii	IV-R-3 inox, CU REGLARE, 3 ROBILE	Moldova	Optimatcons SRL	Stative pentru perfuzii Descriere: Materialul carcasei - Oțel inoxidabil; Tipul îmbinărilor - Fără platic, sudat sau înșurubat; Numărul picioarelor - Minim 3; Amplasat pe roți – Da; Ajustarea înălțimii - Da, cu fixator din metal; Suport pentru rezervoare - 2 cârlige pentru pungă, 2 suporturi pentru butelii; Greutatea maximă suportată de cârlig - Minim 3 kg; Diametrul suportului pentru butelii - Diametrul mare 8 – 9 cm, diametrul mic 3 cm. Cerință față de furnizor: Livrare la locul solicitat – Da; Asamblare și dare în exploatare – Da;	Stative pentru perfuzii Descriere: Materialul carcasei - Oțel inoxidabil; Tipul îmbinărilor - Fără platic, sudat sau înșurubat; Numărul picioarelor - Minim 3; Amplasat pe roți – Da; Ajustarea înălțimii - Da, cu fixator din metal; Suport pentru rezervoare - 2 cârlige pentru pungă, 2 suporturi pentru butelii; Greutatea maximă suportată de cârlig - Minim 3 kg; Diametrul suportului pentru butelii - Diametrul mare 8 – 9 cm, diametrul mic 3 cm. Cerință față de furnizor: Livrare la locul solicitat – Da; Asamblare și dare în exploatare – Da;	Declaratie de conformitate

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator

Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova