

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21062455 din 04.10.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centra
Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 58						
Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte	MI 1280	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , sterile	2 x GLZ 16 / 150 µm EP 0.2 USP 10/0 Lungime 1 x 23 cm	CE
Total lot 58						
Lotul 61						
Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA)	MI 1426	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%	2 x DLZ 6,4 / 200 µm EP 0,4 USP 8/0 Lungime 1 x 30 cm	CE
Total lot 61						
Lotul 62						
Fir sutura Matasa 8/0	MI 1431	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Matasa Virgin 8/0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila	2 x DLZ 6.4 / 200 µm EP 0,4 USP 8/0 Lungime 1 x 30 cm	CE
Total lot 62						
Lotul 63						
Fir sutură nailon 10/0	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril	2 x DLZ 6,2 / 150 µm EP 0,2 USP 10/0 Lungime 1 x 30 cm	CE
Total lot 63						
Lotul 64						
Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	MI 1225	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	2 x DLZ 6,2 / 150 µm EP 0,2 USP 10/0 Lungime 1 x 30 cm	CE
Total lot 64						
Lotul 65						
Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	MI 1226	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Nailon oftalmic monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm)	2 x DLZ 6,2 / 150 µm EP 0,3 USP 9/0 Lungime 1 x 30 cm	CE
Total lot 65						

Lotul 89						
Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0	MI 1432	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Matasa oft.,7/0, impletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20±2%mm, L=6,55±2%mm), steril	2 x DLZ 6.4 / 200 µm EP 0,5 USP 7/0 Lungime 1 x 45 cm	CE
Total lot 89						
Lotul 90						
Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0	MI 8710	Republica Cehă	CHIRANA T. Injecta, s.r.o,	Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%), steril	2 x VLZ 8 / 350 µm EP 1 USP 5/0 Lungime 1 x 45 cm	CE
Total lot 90						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chişinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23