



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rgo 2-1588 din " 26.04 " 2019

Triumf-Motiv SRL
triumf.motiv@mail.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1551426211712 din 19.03.2019 "Achiziționarea materialelor de sutură conform necesităților IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN „Timofei Moșneaga” pentru anul 2019 repetat”, Vă comunică că conform **deciziei din 26.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile menționate mai jos nu a fost acceptată din motivele după cum urmează:

Nr. d/o	Denumire bunurilor/serviciilor solicitate	Obiecții
4	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Lipsa mostrei face imposibila evaluarea
5	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!! Mostrele prezentate nu sunt indicate loturile la care se referă!!!!
6	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
7	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
8	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!

9	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
10	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
11	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
12	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
13	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
14	Materiale de sutură pentru chirurgia generală	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
15	Materiale de sutură pentru neurochirurgie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
17	Materiale de sutură pentru cardiochirurgie și chirurgie vasculară	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
18	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
19	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
20	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
21	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!

22	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
23	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
24	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
25	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
26	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
28	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
29	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
30	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!
31	Materiale de sutură pentru oftalmologie	Nu corespunde Lipsa catalogului producatorului si codului de referinta corespunzator mostrei face imposibila evaluarea tehnică a produsului. Specificatia tehnica in documentatia atasata este trecută prin copiere!!!!

În contextul celor relatate, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde Cerințelor obligatorii conform pct.15 expuse în Anunțul de Participare.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci