

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1659709724569 din 15.08.2022

Denumirea licitației: UTILAJ MEDICAL SPECIALIZAT PENTRU REABILITARE

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot  | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificația tehnică propusă de operatprul economic   | Standarte de referință |
|------------|---------|---------------|---------------------|-----------------|----------------------|--|---|------------------------|
| 1          | 2       | 3             | 4                   | 5               | 6                    | 6  | 8   | 8                      |
| 3310 000-1 | 1       | SAUNA CU OZON | Hocatt™ Plus        | China           | Signature Health LTD | <p><b>Utilaiul efectueaza urmatoarele tipuri de terapii:</b><br/>hidroterapie; C02; terapie cu aburi de ozon, terapie cu aburi de oxigen, terapie cu lumina fotonica si cu spectru,terapie cu oxigen (EWOT), terapie cu plante, electroterapie, ultrasonic cavitation. - Da,<br/><b>Utilaiul include urmatoarele componente:</b><br/>Sistem de control prin ecran tactil;<br/>Sistem de generare a acidului carbonic;<br/>Sistem inclus de monitorizare a ritmului cardiac;<br/>Sistem integrat de control al eliminarii aburilor;<br/>Sistem integrat de control al nivelului de ozon;<br/>2 generatoare a cite 61,5 ug/ml de ozon;<br/>Camera cu jet de aburi pe baza de plante;<br/>Funcțiile de inhalare a oxigenului;<br/>Umidificator medical integral;<br/>Dispozitiv dublu de alimentare cu ozon;<br/>Dispozitiv de reglare a scaunului;<br/>Dispozitiv de reglare a suportului pentru picioare;<br/>Portocoale programate;<br/>Terapia integrală a luminii<br/>Funcție de monitorizare a activitatii<br/>Dispozitiv Hush de masurare a nivelului apei;<br/>Aparat pentru concentrarea oxigenului 51pm (93% oxygen pur, la 51pm);<br/>Distrugator de Ozon integrat;<br/>Parametri, cm: 140 x 67x (h) 130<br/>Puterea camerei 1,5 kW;<br/>Puterea distructorului de ozon 1,1 kW<br/>Dimensiunile exterioare a distructorului de ozon, cm: 28x85x28;<br/>Parametrii concentrator de oxigen, cm: 63,5x38x30,5</p> | <p><b>Utilaiul efectueaza urmatoarele tipuri de terapii:</b><br/>hidroterapie; C02; terapie cu aburi de ozon, terapie cu aburi de oxigen, terapie cu lumina fotonica si cu spectru,terapie cu oxigen (EWOT), terapie cu plante, electroterapie, ultrasonic cavitation. - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/><b>Utilaiul include urmatoarele componente:</b><br/>Sistem de control prin ecran tactil; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Sistem de generare a acidului carbonic;- <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Sistem inclus de monitorizare a ritmului cardiac; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Sistem integrat de control al eliminarii aburilor; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Sistem integrat de control al nivelului de ozon; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>2 generatoare a cite 61,5 ug/ml de ozon; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Camera cu jet de aburi pe baza de plante; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Funcțiile de inhalare a oxigenului;- <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Umidificator medical integral; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Dispozitiv dublu de alimentare cu ozon; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Dispozitiv de reglare a scaunului; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Dispozitiv de reglare a suportului pentru picioare; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/><b>Portocoale programate;</b><br/>Terapia integrală a luminii; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Funcție de monitorizare a activitatii - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Dispozitiv Kush de masurare a nivelului apei; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Aparat pentru concentrarea oxigenului 51pm (93% oxygen pur, la 51pm);<br/>Distructor de Ozon integrat; - <b>Da</b>, tehnic.pdf și Fisa tehnică.pdf<br/>Parametri, cm: 140 x 67x (h) 130<br/>Puterea camerei 1,5 kW;<br/>Puterea distructorului de ozon 1,1 kW<br/>Dimensiunile exterioare a distructorului de ozon, cm: 28x85x28;<br/>Parametrii concentrator de oxigen, cm: 68x37.2x44.5</p> | CE, ISO                |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071