

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637761078234 din 01.01.2022

Obiectul achiziției: Echipamente medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 136						
Filtre antibacteriene pentru aparatele de ventilare artificiala adulti	140 101 Bacterial Filter Elite	Turcia	Plastimed	adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	ISO/CE
Lotul 200						
Piesă bucală de uz unic diametru 33mm	Spirometry Mounthpiece OD:33	Turcia	Plastimed	Piesă bucală, de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro	Piesă bucală, de uz unic, diametru 33mm, din carton, lungimea minimală 30 mm compatibilă cu aparatul BTL - 08 Spiro Pro	ISO/CE
Lotul 235						
Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Drager Infiniti XL	DSP-10041A	China	PanSW Med	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	ISO/CE
Lotul 236						
Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulti, p/u Nihon Kohden	DSP-10045A	China	PanSW Med	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta.	ISO/CE
Lotul 237						

Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) pediatrică, p/u Nihon Kohden	DSP-10045B	China	PanSW Med	Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.	Pediatric, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase.Unica folosinta.	ISO/CE
Lotul 238						
Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), adulti	480 201 Anesthesia Circuit CORRUGATED ADULT+0,8 m Limb+Breathing bag	Turcia	Plastimed	Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril	Pentru adulti, Calitati: transparent, gofrat, tip”inspir-expir”; Completarea cu: 1) sac de rezerva 2 l, 2)cu conector unghiular biaxial flexibil fara latex Lime 180 cm, Steril	ISO/CE
Lotul 313						
Sistema pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu	AMBU set 130 255	Turcia	Plastimed	transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml	ISO/CE
Lotul 340						
Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	180 101 Respiratory Exerciser(Three Ball)	Turcia	Plastimed	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	ISO/CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Oferantul: I.M. “Dutchmed-M” SRL

Adresa:mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 80 7