

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1731658771734					Data: „__” _____ 20__		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Mo șneaga”						Pagina: _____ din _____	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țară de orig	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	3	3	4	5	6	8	8
3310 0000-1	6.1	Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L	Lot 6.1 Garnitura pentru generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	Steam generator Gasket for autoclave BKQ-H400	China	Biobase	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	
3310 0000-1	6.2	Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L	Lot 6.2 Garnitura pentru element încălzitor la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	Heating element gasket for autoclave BKQ-H402	China	Biobase	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	
3310 0000-1	6.3	Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L	Lot 6.3 Element încălzitor (BIOBASE BKQ-H400)	Heating element for autoclave BKQ-H400	China	Biobase	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Adițional întregului lot va fi inclusă placa de control. Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	
3310 0000-1	6.4	Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L	Lot 6.4 Garnitura usa la generator de aburi (BIOBASE BKQ-H400)	Door gasket for autoclave BKQ-H400	China	Biobase	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	
3310 0000-1	6.5	Lot 6 Piese pentru autoclav BIOBASE BKQ-H400L	Lot 6.5 Senzor nivel apă (BIOBASE BKQ-H400)	Water level sensor for autoclave BKQ-H400	China	Biobase	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-H400L. Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	

3310 0000- 1	10	Lot 10 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S2	Lot 10 Set conectori pentru dispozitivul de reprocesare a endoscoapelor Soluscope S2	Soluscope S1 connector set	Franta	Soluscope	Setul să conțină: Conector cu tub pentru canalul de lucru- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul apă/aer- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul de etanșetate- 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea și dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Setul să conțină: Conector cu tub pentru canalul de lucru- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul apă/aer- 1 bucată, Conector cu tub pentru canalul de etanșetate- 1 bucată. Compatibil cu dispozitiv pentru spalarea și dezinfectarea endoscoapelo Soluscope Serie 1. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	CE
3310 0000- 1	42	Lot 42 Piese auxiliare pentru litotriptor	Lot 42 Piese auxiliare pentru litotriptor	FR-089 + AD-425 + EH-096 + EQ-094 + FR-127	Elveția	Swiss LithoClast EMS	Piese auxiliare pentru litotriptorul Siwss Lithoclast (mânerul PN3 și Vario), furtun de conexiune a tubului, duze pentru conexiunea mânerului, duze de aspiratie. Miner pentruLithoClast 2 in set cu adaptor distantier, capac pentru sonda de litotritie si furtun de aer comprimit Numărul de referință: FR-089,AD-425,EH-096,EQ-094. Set pentru LithoVac consta din sectiune de baza, setul pentru aspiratie si tubul de aspiratie. Cod de referință: FR-127 sau echivalentul.	Piese auxiliare pentru litotriptorul Siwss Lithoclast (mânerul PN3 și Vario), furtun de conexiune a tubului, duze de aspiratie. Miner pentruLithoClast 2 in set cu adaptor distantier, capac pentru sonda de litotritie si furtun de aer comprimit Numărul de referință: FR-089 (PN3 Pneumatic handpiece kit, pag. 1), AD-425 (probe cap for 3.2 mm probes, pag. 2), EH-096 (Compressed air tubing, pag.1),EQ-094 (O-ring for adjustment interface, pag.2). Set pentru LithoVac consta din sectiune de baza, setul pentru aspiratie si tubul de aspiratie. Cod de referință: FR-127 (LithoVac Lv3 set, pag 3, pag. 14 - 15). Setul include garniturile de silicon (BE-028), ghidurile de silicon (EQ-062) si husa pentru transportare (DP-021).	CE, ISO
3310 0000- 1	43	Lot 43 Sonde pentru litoclast	Lot 43 Sonde pentru litoclast	EL-212	Elveția	Swiss LithoClast EMS	Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf), Ø 3.5 mm, 380 mm lungime, Cod de referință: EL-213 sau echivalentul	Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf), Ø 3.5 mm, 380 mm lungime, Cod de referință: EL-212 (pag. 29 numerotare PDF - Probe selection, cod produs pe reprezentarea grafică)	CE, ISO
3310 0000- 1	44	Lot 44 Sonde pentru litoclast	Lot 44 Sonde pentru litoclast	EL-213	Elveția	Swiss LithoClast EMS	Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) , Ø 1.6 mm, 595 mm lungime Cod de referință: FR-127# sau echivalentul	Utilizare cu ureteroscop 4.8Fr,(compatibil cu R. Wolf) , Ø 1.6 mm, 595 mm lungime Cod de referință: EL-213 (pag. 29 Numerotare PDF - Probe selection, cod produs pe reprezentarea grafică) (FR-127# -din lotul 42 - este setul pentru aspiratie cu care este utilizată sonda)	CE, ISO
3310 0000- 1	45	Lot 45 Probe pentru litosclat	Lot 45 Probe pentru litosclat	EL-092	Elveția	Swiss LithoClast EMS	Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf), Ø 3.2 mm, 425 mm lungime, Cod de referință: EL-092 sau echivalentul	Utilizare cu nefroscop, (compatibil cu R. Wolf), Ø 3.2 mm, 425 mm lungime, Cod de referință: EL-092 (pag. 55 numerotare PDF)	CE, ISO
3310 0000- 1	48	Lot 48 Ureteroscop	Lot 48 Ureteroscop	EL-045	Elveția	Swiss LithoClast EMS	Utilizare cu ureteroscop, Ø 1 mm, 605 mm lungime (compatibil cu R. Wolf). Cod de referință: EL-045	Utilizare cu ureteroscop, Ø 1 mm, 605 mm lungime (compatibil cu R. Wolf). Cod de referință: EL-045 (pag. 55 numerotare PDF)	CE, ISO

Semnat: 15 12 2024 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Republuca Moldvova, or. Chisinau, Vasile Lupu, 6