

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen medical gazos (O<sub>2</sub> - gazos) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: LTK 5/0,25

Partida №: 2604

### BULETIN DE ANALIZE

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 5583-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O <sub>2</sub> , în %, nu mai puțin de	99,5	99.85
2	Concentrația vaporilor de apă, în %, nu mai mult de	0.009	0.002
3	Concentrația de H <sub>2</sub> , în %, nu mai mult de	Nu se testează	-
4	Concentrația de CO <sub>2</sub> , nu mai mare	0.01	0.008
5	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	Reținut
6	Conținutul de acizi	Reținut conform aliniatului 3.7	Reținut
7	Conținutul de O <sub>3</sub> și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	Reținut
8	Conținutul de baze	Nu se testează	-
9	Prezența mirosului	Absent	abs

**Calitatea oxigenului medicinal corespunde conform GOST 5583-78**

Data: 28.04.2022

Inginer laborant: \_\_\_\_\_

Laboratorul Secției de Producție

