

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731072422088 din 14 nov 2024, 9:00 - 21 nov 2024, 9:00

Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului endoscopic

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
504 210 00- 2	1	Lot 1. Servicii de reparație a fibrogastroscofului - GIF –Q40 Olympus	-	-	-	Defecte: canalul de lucru este blocat. Lucrările necesare: 1.Schimbarea canalului de lucru. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	Defecte: canalul de lucru este blocat. Lucrările care vor fi efectuate: 1.Schimbarea canalului de lucru. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	-
504 210 00- 2	2	Lot 2. Servicii de reparație a fibrogastroscofului - GIF –XQ40 Olympus	-	-	-	Defecte: dispozitivul nu este etanș, canalul de lucru perforat. Lucrările necesare: 1.Schimbarea canalului de lucru; 2.Restabilirea etanșietății Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	Defecte: dispozitivul nu este etanș, canalul de lucru perforat. Lucrările care vor fi efectuate : 1.Schimbarea canalului de lucru; 2.Restabilirea etanșietății Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	-

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**