

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1676902233800/ 21074178 din 07.03.2023

Obiectul achiziției: Consumabilelor medicale, accesorii pentru utilaj medical pentru anul 2023

| Nr Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor                             | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------|---|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1      | 2   | 3                                       | 4               | 5            | 6  | 7  | 8                      |
|        | <b>Bunuri/servicii</b>                                      |   |                 |              |  |  |                        |
| 1      | Balon-rezervor pentru Oxigen (pentru aparatul de anestezie) | SSDE 072 Anesthesia Baloon 2L           | Turcia          | Plasti-med   | Pentru adulți, 2 litri, latex  | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| 4      | Filtru antiviral si antibacterial p/u VAP                   | Bacterial filter-Elite 140 201          | Turcia          | Plasti-med   | adulti, volumul minimal la inspire 200 ml, efectivitatea filtrarii bacteriene si virale 99,99%, tipul filtrarii mecanic, durata utilizarii 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.   | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| 8      | Linii p/u monitorizare CO2                                  | 115-043017-00                           | China           | Mindray      | Linii p/u monitorizare CO2   | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| 9      | Manșete p/u monitor Bistos BT-770 (Maturi)                  | NBC-10001D                              | China           | PanSW Med    | Manșete p/u monitor Bistos BT-770 (adulti)   | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| 11     | Masca p/u O2 maturi   | 130 103 Oxygen Mask Adult               | Turcia          | Plasti-med   | PVC non-toxic, cu valvă de inspir. și expir., cu tub L-200 cm cu curea dublă pentru fixare, cu posibilitatea de selectare a concentrației de Oxigen pe trepte: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%   | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| 18     | Set tuburi gofrate p/u ap. Anestezie                        | 480 001                                 | Turcia          | Plasti-med   | Circuit de respirație Compact, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer. cu capac. Material: polipropilenă, polietelenă, elastomer, fără latex. ambalaj: individual, clinic curat. | Conform brosurii atasate                               | ISO/CE                 |
| 27     | Consumabile pentru ventilator pulmonar Mindray SV 300       |   |                 |              |  |  |                        |

|      |  |               |       |           |  |                          |        |
|------|--|---------------|-------|-----------|--|--------------------------|--------|
| 27.1 | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Mindray SV 300                  | MOX-3         | China | Mindray   | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Mindray SV 300                  | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| 27.2 | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar Mindray SV 300          | 115-028397-00 | China | Mindray   | Kit de mentenanță pentru ventilator pulmonar Mindray SV 300          | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| 30   | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650                  | MOX-3         | China | Mindray   | Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650                  | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| 32   | Consumabile pentru monitor ECONET                                    |               |       |           |  |                          |        |
| 32.1 | Senzor Spo2 p/u monitor ECONET                                       | RSP-10041A    | China | PanSW Med | Senzor Spo2 p/u monitor ECONET                                       | Conform brosurii atasate | ISO/CE |
| 32.2 | Cablu de interconexiune p/u sensor SpO2 compatibil cu monitor ECONET | ADP-10027B    | China | PanSW Med | Cablu de interconexiune p/u sensor SpO2 compatibil cu monitor ECONET | Conform brosurii atasate | ISO/CE |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Prodan Sveatoslav

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. „Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebat 76, of. 807