

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729693103546									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă(repetat)									
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	7	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate mare	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate mare	ORBB 30x2 Vertical	Ucraina	Bactosfera	Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor. Volum efectiv de prelucrare 250 m3/oră, ±50 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil. Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB Număr ventilatoare pentru recirculare minim 1. Consum de energie ≤ 1200 W/oră, Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan. Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului).	Dispozitiv pentru dezinfecția aerului din încăpere prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor. Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, paj.6-7 Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 9000 ore, paj 6-7 Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical fără restricții, Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare, Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil, Nivelul maximal de zgomot- 18 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare 2, paj 6-7 Consum de energie 80 W/oră, paj.6-7 Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, cablu 3m. paj.6-7 Cu telecomandă. Prezentam rezultatele testelor de eficienta bactericida a utilajilor efectuate de laboratoare din Bulgaria	CE,ISO, Declarație de conformitate

8	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate medie	Sistem de dezinfectare a aerului (recirculator) capacitate medie	ORBB 30x1 Vertical	Ucraina	Bactosfera	Volum efectiv de prelucrare 100 m3/oră, ±20 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9000 ore, Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fara emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil. Nivelul maximal de zgomot ≤ 56 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1, Consum de energie ≤ 1200 W/oră, Tensiunea de alimentare 220-240VAC. 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, Se vor prezenta dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare (altele decât cele ale producătorului)	Volum efectiv de prelucrare 100 m3/oră, paj.10-11 Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme, Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului, Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar, Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV 9000 ore, paj.6-7 Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții, Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului ,Fara emisie de ozon sau a produselor secundare. Carcasa dispozitivului -Oțel inoxidabil, Nivelul maximal de zgomot 18 dB, Număr ventilatoare pentru recirculare aer 1,paj.6-7 Consum de energie 40 W/oră, paj 6-7 Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz, Metoda de montare / fixare pe perete vertical sau tavan, cablu 3m. paj.6-7 Cu telecomandă. Prezentam rezultatele testelor de eficienta bactericida a utilajilor efectuate de laboratoare din Bulgaria
---	--	--	--------------------	---------	------------	---	---

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova