

		Specificații tehnice							
		<i>abel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,</i>							
Numărul licitației:		COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1653050230290						Data: „20” mai 2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 (repetat)						Lot: 1	Pagina: 1 din 3
Cod CPV	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	1	Aparate auditive pentru copii cu amplificarea ușoară – medie (surditate fr. moderată)	Aparate auditive pentru copii cu amplificarea ușoară – medie (surditate fr. moderată)	SIYA 2 BTE 13 2.4G 85	Danemarca	OTICON A/S	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1 an; Îleșirea maximală: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunilor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesorile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Anul lansării pe piața mondială- 20.08.2018; Experiența clinică a produsului- nu mai puțin de 1 an; Îleșirea maximală- 130 dB; Cistigul maximal- 66 dB; Limita intrioara a diapazonului frecvențial -105 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvențial- 7500 Hz; Nivelul de zgomot – 21 Db; Numarul canalelor de prelucrarea numerică a sunetului- 48 canale de frecvență; Coeficientul distorsiunilor armonice - 500 Hz -<2%, 800 Hz - 2%, 1600 Hz - <2% Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare; Dimensiunea minimală ale aparatului auditiv. Antifeedback; Sincronizarea și coordonare binaural; Accesorile unui set- proteza auditivă- 1 buc., baterie «zinc-air»- 12 buc, olivă individuală moale - 1 buc. (eliberată în termen nu mai mare de 21 zilele la data eliberării aparatului); Reglarea protezei - pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Termenul de garanție- 24 de luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezența în RM a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil. NB: Numele complet al aparatului auditiv oferit este Siya 2 BTE 13 2.4 G 85. Toate caracteristicile tehnice ale acestui model sunt indicate de producător în TECHNICAL DATA SHEET de la paginile 1-2.	
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mojila Violetta In calitate de director							
		Ofertantul: SC Distribuitor Prim SRL Adresa: Chisinau, Bul. Dacia 36A							

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitației: COP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1653050230290**

Data: „20” mai 2022
 Lot: 1

Alternativa nr.: _____
 Pagina: 2din 2

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022 (repetat)

3

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1		2		3	4.00	5	6	7	8	9
331000 0-1	1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medic (surditate fr. moderată)	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medic (surditate fr. moderată)	buc	30	2 450,00	2 492,00	73 500,00	74 760,00	Incoterms 2020 DDP; în tranșe august - septembrie 2022.

Suma total: 73 500,0000

74 760,0000

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Mojila Violetta**

In calitate de **director**

Ofertantul: _____ **SC Distribuitor Prim SRL**

Adresa: **Chisinau, Bul. Dacia 36A**

Digitally signed by Mojila Violetta
 Date: 2022.05.27 17:27:44 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Digitally signed by Mojila Violetta
Date: 2022.05.27 17:28:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Suma total: 73 500,0000 74 760,0000

Semnata: _____ Nur **Mojila Violetta** In calitate de **director**

Ofertantul **SC Distribuitor Pri** Adresa: **Chisinau, Bul. Dacia 36A**