

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocids-b3wdp1-MD-1761289828116 din 24.10.2025
Obiectul achiziției: Echipament de laborator (sold de la procedura si proiecte ANCD)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Departament Chimie Industrială și Ecologică ”acad. Gh. Duca”						
<i>Balanță analitică</i>	ADB 200-4	Germania	Kern	Capacitatea maximă (Max): nu mai mică de 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproducibilitate: 0,2 mg; Liniaritatea: ±0,3 mg. Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	Balanță analitică ADB 200-4 Kern Capacitatea maximă (Max): 220 g; Unitatea de citire: 0,0001 g; Clasa de precizie: I; Reproducibilitate: 0,2 mg; Liniaritatea: ±0,4 mg. Încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	
Lot 2 Institutul de Chimie_Subprogram de cercetare: Studiul chimic al metaboliților secundari din sursele naturale locale și valorificarea potențialului lor aplicativ în baza lărgirii diversității moleculare cu funcționalitate multiplă.						
<i>Lampă cu deuteriu cu durată de funcționare extinsă (long life) pentru detector HPLC UV-Vis cu lungimea de undă variabilă (VWD) din seria Agilent 1100</i>	G1314-60100	SUA	Agilent Technologies	Compatibilă cu detectorul UV-Vis al sistemului cromatografic HPLC Agilent seria 1100, Model G1314A VWD, analog echivalent cu lampa model G1314-60100. 	G1314-60100 Lampă cu deuteriu, Agilent Compatibilă cu detectorul UV-Vis al sistemului cromatografic HPLC Agilent seria 1100, Model G1314A VWD, model G1314-60100. 	

				Durată de viață garantată – nu mai puțin de 2000 ore. Certificat de testare de la producător la livrare. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	Durată de viață garantată – nu mai puțin de 2000 ore. Certificat de testare de la producător la livrare. Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la semnarea contractului.	
Lot 9 Institutul de Fizică Aplicată, proiect 25.80013.5007.08RE, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”						
<i>Balanță de precizie</i>	PLS 1200-3A	Germania	Kern	Balanță de precizie cu afișaj LCD, cu iluminare Capacitate de cântărire: min. 1000 g. Precizie – min 0,001 g. Capacitate minimă: ≤ 20mg. Interfețe PC: RS232, USB. Material platan: oțel inoxidabil. Accesorii: adaptor de rețea: 220/240V AC/50Hz. Echipamentul livrat va fi nou, nu refurbished. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare: 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.	Balanță de precizie PLS 1200-3A Kern Balanță de precizie cu afișaj LCD, cu iluminare Capacitate de cântărire: 1200 g. Precizie – 0,001 g. Capacitate minimă: 20mg. Interfețe PC: RS232. Material platan: oțel inoxidabil. Accesorii: adaptor de rețea: 220/240V AC/50Hz. Echipamentul livrat va fi nou, nu refurbished. Garanție: 1 an. Termen de livrare: 30-60 zile calendaristice de la semnarea contractului. <i>*termenul de livrare poate varia în funcție de data plasării comenzii și disponibilitatea stocului la producător</i>	
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: Director
Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova