

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1551683651748</u> din <u>04.03.2019</u> |
| Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Set pentru determinarea TPHA | RL-TPHA100 | MB | Rapid Labs | 1 set*100teste.Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. | | Certificat CE |
| Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | E-102196 | MB | Rapid Labs | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de | | Certificat CE |

| | | | | | | |
|--|----------|----|-------------------|---|--|---------------|
| | | | | <p>valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.</p> | | |
| Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | E-103196 | MB | Rapid Labs | <p>Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.</p> | | Certificat CE |
| Țoliclon anti A | BG-A5 | MB | Rapid Labs | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | | Certificat CE |
| Țoliclon anti B | BG-B5 | MB | Rapid Labs | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | | Certificat CE |
| Țoliclon anti AB | BG-AB5 | MB | Rapid Labs | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | | Certificat CE |
| Țoliclon anti D super | BG-DIGM5 | MB | Rapid Labs | Flacoane de 50 doze, 5 ml. | | Certificat CE |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|---|--|---------------|
| Set de control pentru proteina și glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) | 10010266 | Cehia | ERBA | Set se conține 8 fl. de 10 ml. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Setul conține 6 fl. de 15 ml (3 cu nivel normal + 3 cu nivel patologic). Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Certificat CE |
| Teste pentru determinarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) | D-FOBD20 | MB | Rapid Labs | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | | Certificat CE |
| Teste pentru determinarea H.Pylori Ag în masele fecale | D-HPAGD20 | MB | Rapid Labs | Metoda imunocromatografică. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | | Certificat CE |
| Eprubeta vacuată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 - 2,5 | TE1202 | Estonia | InterVac | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, | Eprubeta vacuată cu K 3 EDTA, volum sînge 2,0 ml | Certificat CE |

| | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|---|--|---------------|
| ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | | | | condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | | |
| Eprubeta vacuumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | SE1272 | Estonia | InterVac | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. | Eprubeta vacuumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,7 ml | Certificat CE |
| Holter cu ac mediu pentru colectarea șngelui în eprubeta vacuumată | BH2107 | Estonia | InterVac | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare ac. | | Certificat CE |
| Eprubete plastic, volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm | 21052 | Italia | Fl Medical | Volum 3,0 ml, dimensiunile 11,0*55,0 mm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | Volum 3,0 ml, dimensiunile 11,5*55,0 mm. | Certificat CE |
| Cutia Petri din polisteren | 29042 | Italia | Fl Medical | Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm. | | Certificat CE |
| Container plastic cu capac pentru mase fecale nesterile la 60 ml | 25160 | Italia | Fl Medical | Container plastic cu capac cu filet și lopața. Volum 60 ml. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. | | Certificat CE |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova